



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel/fax. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 27.11.2018 r.

SzP.ZP.271.118-1.18

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę siatek chirurgicznych, oprzyrządowania do diatermii i generatora Liga Sure, napędów chirurgicznych, staplerów, ładunków do staplerów, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. Gr. 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania taśmy do leczenia WNM o następujących parametrach: Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073 μm . Grubość pojedynczej nitki: 0,14 mm. Grubość siatki: 0,47 mm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Taśma umieszczona w koszulce foliowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza taśmy do leczenia WNM o następujących parametrach: Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073 μm . Grubość pojedynczej nitki: 0,14 mm. Grubość siatki: 0,47 mm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Taśma umieszczona w koszulce foliowej.

Pytanie nr 2, dot. Gr. 7:

Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 7:

- 20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)