



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel/fax. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.2-2.19

Mielec, dnia 10.01.2019r.

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. Gr.2, poz. 2

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1, na którą powołuje się w SIWZ, klasa testu powinna być nadrukowana na teście, co daje gwarancję, że produkt będzie posiadał tolerancję parametrów określonych w niniejszej normie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nadrukowanie klasy na teście.