



**SZPITAL POWIATOWY**  
**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**  
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec  
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

tel/fax (017) 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [poczta@szpital.mielec.pl](mailto:poczta@szpital.mielec.pl)

Mielec, dnia 11.04.2017r.

SzP VIII-2233-33P-I/17

### **Wszyscy uczestnicy** **postępowania przetargowego**

**Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu**

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1, dot. Gr. 1, poz.1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o odporności na rozerwanie min. 100 kPa i składzie:

serweta z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką	1	Gramatura 73g/m2	300x180	Otwór prostokątny	Rozmiar otworu: 22x15
serweta na stół instrum.	1		190x150		

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 2, dot. Gr. 3, poz.1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami	1	Gramatura 56 g/m2	215x180	Otwór: OKRĄG	Rozmiar otworu: 5 cm
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2		40x20		
taśma medyczna	1		50x9		

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 3, dot. Gr. 3, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następującego zestawu:



190x230cm  
1szt./pc.

30x30cm  
4szt./pcs

10x50cm  
1szt./pc.

150x190cm  
1szt./pc.

1 x serweta 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczy 6 cm, zintegrowana z osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz folii PE	8 - SMS
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>	17 - spunlace
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>	18 - spunlace
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .	16 - laminat 2w


Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 4, dot. Gr. 5, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następującego zestawu:



75x200cm  
1szt./pc.

30x30cm  
4szt./pcs

70x120cm  
2szt./pcs

100x150cm  
1szt./pc.

1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 200 cm z otworem o wymiarach 8 cm x 12 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	6 - laminat 2w
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>	17 - spunlace
2 x osłona na kończy o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup>	8 - SMS

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

16 - laminat 2w

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 5, dot. Gr. 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów PCNL spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia z odpornością na rozerwanie min. 172 kPa ?


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 6, dot. Gr. 3:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:

*Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione*



**Zestaw do operacji urologicznych I**

**Skład zestawu:**


1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocz (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 7, dot. Gr. 5:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do drobnych zabiegów chirurgicznych w następującym składzie:



**Zestaw do ginekologii/cystoskopii**

**Skład zestawu:**

1 serweta na stół narzędziowy	150 x 100
1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm)	75 x 200
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
2 osłony na kończynę długie	75 x 120
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 8, dot. Wymagania do wszystkich grup asortymentowych:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania asortymentu wykonanego z włókniny z odpornością na wypychanie (zgodnie z normą EN ISO 13938-1) min. 172 kPa obszary niewzmocnione, min. 375 kPa obszary wzmocnione ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 9, dot. Gr. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w grupie nr 5 zestaw w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
  - 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
  - 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
  - 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 6 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
  - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)
- LUB
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm)
  - 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
  - 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
  - 1 serweta brzuszno-kroczoza 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 125 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
  - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10, dot. Gr. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w grupie nr 5 zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w zaproszeniu: serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100 x 150 (zamiast 120 x 140)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Pytanie nr 11, dot. Zapisów:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów i fartuchów pakowanych podwójnie: wewnętrzny dispenser kartonowy oraz karton zewnętrzny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Pytanie nr 12, dot. Zapisów:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obłożeń o gramaturze laminatu podstawowego (PE+PP) 60 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.