



SZPITAL POWIATOWY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

fax. (017) 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: poczta@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 12.05.2017r.

SzP VIII-2233-34P-I/17

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dot. Gr. 50, poz. 1-5:

Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli na jednostkowym opakowaniu jest obraz ostrza wraz z numerem (rozmiarem), a bezpośrednio na ostrzu jest wygrawerowany numer ostrza (rozmiar)? W oferowanych ostrzach numer jest jednocześnie jego nazwą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 dot. Gr. 35, poz.1-5:

Czy zamawiający ze względu na fakt, że produkt jest do stosowania na bloku operacyjnym bezwzględnie wymaga, aby ubranie spełniało wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych określone wg normy PN-EN 13795?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 3 dot. Gr.36, poz.1-2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bluz z materiału SMS 45 g/m² z rękawami do łokcia, co jest zgodne z zasadami reżimu higienicznego (długie rękawy sprzyja przenoszeniu drobnoustrojów)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 dot. Gr 94:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaferowania Torby na wymiociny posiadającej sztywny trójkątny plastikowy ustnik dopasowany do kształtu twarzy oraz przezroczystą niebieskawą folię?

Odpowiedz Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 5 dot. Gr 94:

Czy zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe? Większość Toreb na wymiociny dostępnych na rynku posiada takie opakowanie (najczęściej torebka foliowa z zamknięciem strunowym) - zapobiega to osiadaniu potencjalnych zanieczyszczeń i drobnoustrojów bezpośrednio na wyrobie i zmniejsza ryzyko zakażenia na poszczególnych etapach transportu do szpitala i finalnie w szpitalu do pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 6 dot. Gr 107, poz.1:

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie ,czy w grupie 107 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania systemów mocujących do rurek intubacyjnych Tubo- Clip dostępnych w rozmiarze 1,5cm x 72cm lub 85cm (do wyboru) z nacięciem do mocowania rurki o długości 6 cm wykonywanych z pianki poliuretanowej pokrytej antyodleżynową warstwą bawełnianą od strony skóry pacjenta jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 7 dot. Gr 107, poz.2:

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w grupie 107 poz. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania dwuczęściowych systemów mocujących do rurek intubacyjnych Tubo- Fix dostępnych w rozmiarze: część na kark 2,4cm x 31cm + część mocująca rurkę 1,8 cm x 26cm z nacięciem do mocowania rurki o długości 4cm wykonanych z pianki poliuretanowej pokrytej antyodleżynową warstwą bawełnianą od strony skóry pacjenta jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 8 dot. Gr 44, poz.12:

Czy w pakiecie 44 pozycji 12 należy zaoferować Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek typu Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, z filtrem cząsteczkowym, zatyczką zabezpieczającą lek przed wyciekami, z filtrem bakteryjnym, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec pasujący do wszystkich rodzajów opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 dot. Gr 44, poz. 12:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 44 pozycji 12, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dot. Gr 12, poz.1:

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Grupy 12 parametry zestawów zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 dot. Gr 13, poz.1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 Grupy 13 dopuści zaoferowanie zestawów z kateterem silikonowym, z balonem, z końcówką do podłączenia worka na mocz (bez konieczności stosowania łącznika), w zestawie jedna igła punkcyjna, zestaw bez łącznika i szpułki (brak konieczności stosowania), pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 dot. Gr 13, poz.3:

Czy zamawiający w pozycji 3 Grupy 13 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem z elastomeru silikonu, zestaw bez zacisku i szpatułki (brak konieczności stosowania), opakowanie typu taca plastikowa - papier, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Gr 70, poz.1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 Grupy 70 dopuści zaoferowanie pętli 2,4 mm dł. 240cm, średnica samej pętli 2,5 cm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 14 dot. Gr 70, poz. 2,

Czy Zamawiający w pozycji 2 Grupy 70 dopuści zaoferowanie pętli 2,4 mm dł. 240 cm, średnica samej pętli 3,2 cm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 15 dot. Gr 59, poz. 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 Grupy 59 dopuści zaoferowanie pętli 2,4 mm dł. 240cm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 16 dot. Gr 72:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 23G/0,6 mm, średnica cewnika igły 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 17 dot. Gr 74:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 18 dot. Gr 75:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Grupy 65 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 160cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 19 dot. Gr 22, poz.2:

Uprzejmie prosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 2 na dreny o wewnętrznej średnicy min. 5mm, zewnętrznej 8mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 20 dot. Gr 22, poz.3:

Uprzejmie prosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 3 na dreny niesterylne medyczne do ssaka wykonane z PCW, pakowane w rolki po 30 m, średnica 7mm x 10mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 21 dot. Gr 43, poz.3:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 3 należy zaoferować zestaw do drenażu klatki piersiowej 2 butlowy, jednorazowy, z komorą na wydzielinę o pojemności 3000 ml i komorą regulacji siły ssania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga jednorazowych drenów do zestawu 2 butlowych (butle szklane wielorazowe)

Pytanie nr 22 dot. Gr 67, poz.1:

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 1 należy zaoferować igły o średnicy 15G i długości 30mm, posiadające regulację długości w zakresie 10-30mm, metalowe przyłącze do strzykawki luer-lock oraz dodatkowy zdejmowalny uchwyt poprzeczny (motyłkowy) ułatwiający precyzyjne wklucie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 23 dot. Gr 67, poz.2:

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 2 należy zaoferować igły o średnicy 15G i długość 50mm, posiadające regulację długości w zakresie 30-50mm, metalowe przyłącze do strzykawki luer-lock oraz dodatkowy zdejmowalny uchwyt poprzeczny (motylkowy) ułatwiający precyzyjne wkłucie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 24 dot. Gr 87:

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu odpowiadającego opisowi w SIWZ o pojemności 6ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 25 dot. Gr 94, poz.1:

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 1 należy zaoferować torby na wymiociny wyposażone w plastikowy ustnik w formie maski dostosowany do kształtu twarzy i posiadający nacięcie do zamykania torby, wyskalowane, o pojemności całkowitej 2 litry ze skalą pomiarową w zakresie 0-2000ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 26 dot. Gr 94:

Czy torby na wymiociny mają być oznakowane znakiem CE jako wyrób medyczny przeznaczony do użytku szpitalnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 27 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 28 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 29 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 30 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z żelazem ciekłym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 31 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody na włókninie, która pozwala „oddychać” skórze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 32 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o kształcie prostokątnym o wymiarach 51 mm x 36mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 33 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o kształcie prostokątnym z wypustką o wymiarach 36mm x 50mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 34 dot. Gr 53, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o kształcie okrągłym z wypustką o wymiarach 45mm x 43 mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 35 dot. Gr 136, poz. 8:

Dotyczy pakietu 136, poz.8 - Prosimy o dopuszczenie- Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione: ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzonego w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, a na zewnątrz silikonowy uchwyt.

Odpowiedź Zamawiającego:

W Grupie 136 nie ma pozycji 8

Pytanie nr 36 dot. Gr 10, poz.1:

Czy Zamawiający w Grupie nr 10 w pozycji 1 dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL POINT o długości 115mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 37 dot. Gr 41, poz. 1:

Czy Zamawiający w Grupie nr 41 w pozycji 1 dopuści sterylne silikonowe dreny Kehra w kształcie litery T, o ramionach 20cm i 50cm, w:

- pozycji 1a w rozmiarze 9Ch,
- pozycji 1b w rozmiarze 9Ch,
- pozycji 1c w rozmiarze 12Ch,
- pozycji 1d w rozmiarze 15Ch,
- pozycji 1e w rozmiarze 15Ch,
- pozycji 1f w rozmiarze 18Ch?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 38 dot. Gr 106, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający w Grupie nr 106 w pozycji 1 i 2 wymaga aby sterylny zatraskowy uchwyt do cewnika był niskoprofilowy (wysokość do 5 mm) oraz posiadał przezroczystą, sztywną, płaską część zatraskową i gąbkową część samoprzylepną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy, rozmiar zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 dot. Gr 33, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z gładkiej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, wysokość czepka z tyłu głowy 24,5 cm +/- 1cm, pakowany w kartonik składany pojedynczo, gwarantując pojedyncze wyjmowanie z opakowania a'100szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 40 dot. Gr 33, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego typu furażerka z częścią przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia , w części tylnej ściągacz, wykonanego z gładkiej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m², głębokość czepka 14cm +/- 1,2 cm, pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a'100szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 41 dot. Gr 33, poz.3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z gładkiej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m² z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, wysokość czepka z tyłu głowy 24,5 cm +/- 1 cm, pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a' 100szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 42 dot. Gr 33, poz. 4, 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z gładkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m², ściągany lekko gumką, średnica czepka 52 cm +/- 1cm, pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a' 100szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43 dot. Gr 35, poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych kompletów chirurgicznych spełniających wymogi SIWZ z półokrągłym wycięciem pod szyją?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 44 dot. Gr 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści maskę:

Trójwarstwowa, wykonana z całkowicie z polipropylenu , niepyląca, antystatyczna, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych

Nie zawiera lateksu

Bez zawartości włókien szklanych

Hipoalergiczna

Wymiar maski: 20 cm x 9cm

Długość troków: 41,5cm (+/- 1cm)

Usztywnienie na nos wykonane z materiału pokrytego materiałem antyalergicznym

Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98,3%

Ciśnienie różnicowe Delta – P < 20,6 Pa

Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II

Ilość sztuk w opakowaniu- 50

Kolor zielony

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 45 dot. Gr 30, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści maskę:

Maska chirurgiczna wiązana

Kolor maski – biało- niebieski

Trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych.

Komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów

Nie zawierająca lateksu

Bez zawartości włókien szklanych

Mikrobiologicznie czysta

Hipoalergiczna i antystatyczna

Wymiary maski: 18,5cm x 11cm (złożona)

Długość troków: górne troki: 42cm, dolne troki: 34,5 cm

W poprzek maski – poprzeczny szew

Usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (ANTYALERGICZNE)

Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE $\geq 99,5\%$

Ciśnienie różnicowe Delta – P $\leq 35,3$ Pa

Maska 1838 R posiada właściwość odporności na przesiąkanie płynów

Splash Resistance Pressure = 120mmHg

Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II R

Ilość sztuk w opakowaniu – 50

Na opakowaniu nr serii i data ważności

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 46 dot. Gr 70, poz. 1, 2:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuszcza jednorazowe pętle do polipektomii o średnicy samej pętli 25mm, a w pozycji nr 2 o średnicy samej pętli 33mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 47 dot. Gr 72:

Czy Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwania jednorazowe (pakowane pojedynczo, sterylne , gotowe do bezpośredniego użycia) o odpowiedniej sztywności i ostrości umożliwiające nakłucie twardej śluzówki , w osłonce z tworzywa sztucznego, długość ostrza igły 4 mm, średnica 23 lub 25 G długość robocza 230cm, średnica kanału roboczego $\varnothing 2,3$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 48 dot. Gr 26 , poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno-gardłowe Guedel 1 xuz nr 1-6 o długości 70-120mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49 dot. Gr 26, poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe Guedel 1 x uz nr 0-5 o długości 60-110mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50 dot. Gr 26, poz. 24-29:

Czy Zamawiający dopuści rurki z oznaczeniem głębokości w postaci wyraźnych czarnych pasków, spełniających pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 51 dot. Gr 29, poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści maski i nebulizatory mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dot. Gr 126, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści łącznik bez czerwonego kapturka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53 dot. Gr 126, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągalny do 180cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54 dot. Gr 126, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem 2l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55 dot. Gr 126, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, sterylny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, złącza proste 22M-15F/22F-15M, waga 23g, objętość 32ml, dla objętości oddechowych 150-1200ml, oporach przepływu 0,6 cm H₂O przy 30 l/min, czas zastosowania 24h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 56 dot. Gr 126, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści oddechowy sterylny mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji 99,999999% z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji 34,2 mg H₂O przy V_t=500ml, dla objętości oddechowej 200-1500ml, czas zastosowania 24h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 57 dot. Gr 126, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej nawilżanie dopływającego tlenu, z samodomykającym, jednomembranowym portem do odsysania, skuteczność nawilżania 27,4 mg H₂O/l przy V_t=500ml, przestrzeń martwa 8ml, opór przepływu 0,36 cm H₂O przy 30l/min, przeznaczony do objętości oddechowej V_t> 25ml, waga 4,5 g, sterylny, czas zastosowania 24h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58 dot. Gr 126, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr z wymiennikiem, o filtracji zarówno mechanicznej i elektrostatycznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeni martwej 26ml, okrągły, objętość oddechowa 75 – 1200ml, port kapno na lince typu Luer, port CO₂, przezroczysty, bez zawartości lateksu i DEHP, sterylny czas zastosowania 24h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59 dot. Gr 1, poz.1, 2:

Czy Zamawiający pod pojęciem „otwór na kolec po zakończonej infuzji” ma na myśli dodatkowe miejsce na bocznej ścianie regulatora przyrządu, gdzie po zakończonej infuzji można umieścić kolec przyrządu?

Odpowiedź Zamawiającego?

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60 dot. Gr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora pozbawiona PVC - igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji, zestaw wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister – pack folia-papier, osobno dołączony worek na butelkę o pojemności 100ml?

Odpowiedź Zamawiającego?

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 61 dot. Gr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora pozbawiona PVC - igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji, zestaw wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister – pack folia-papier, osobno dołączony worek na butelkę o pojemności 500ml?

Odpowiedź Zamawiającego?

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 62 dot. Gr 5, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści igły z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków 1,2 o długości 40mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 63 dot. Gr 6, poz. 1-10:

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł j.u. w opakowaniach po 100szt, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 64 dot. Gr 7, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby korki posiadały trzpień nie wystający powyżej krawędzi korka, co dodatkowo zabezpiecza przed przypadkową kontaminacją?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 65 dot. Gr 26, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno-gardłową Guedel 1x uż nr 1/70mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 66 dot. Gr 26, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno- gardłową Guedel 1x uż nr 2/80mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67 dot. Gr 26, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 3/90mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 68 dot. Gr 26, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 4/100mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 69 dot. Gr 26, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści sterylna rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 5/110mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 70 dot. Gr 26, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści sterylna rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 6/120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 71 dot. Gr 26, poz. 32:

Czy Zamawiający dopuści sterylny przewód tlenowy z uniwersalnym złączem na obu końcówkach dren odporny na zaginanie długości od 210 cm-213cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 72 dot. Gr 27, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji w rozmiarze 5,0 x 800cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 73 dot. Gr 38, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 74 dot. Gr 38, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o gramaturze 0,16mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 75 dot. Gr 45, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków j.u. w opakowaniach po 75 szt. z odpowiednim przeliczaniem wymaganej ilości do pełnych opakowań w górę tj. 4067 op.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak dopuszczamy

Pytanie nr 76 dot. Gr 45, poz. 3,4:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe miski nerkowe tekturowe o długości 25 cm +/- 1cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 77 dot. Gr 49, poz. 3:

Czy Zamawiający oczekuje Cytofixu pakowanego w opakowaniach 150ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 78 dot. Gr 49, poz. 9:

Czy Zamawiający oczekuje żelu EEG w opakowaniach 0,25l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 79 dot. Gr 49, poz. 10:

Czy Zamawiający oczekuje żelu Signagel w opakowaniach 250g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 80 dot. Gr 49, poz. 11:

Czy Zamawiając dopuści w tej pozycji żel ścierny w opakowaniach po 250 g, spełniający tą samą funkcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 81 dot. Gr 95, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade wykonane z metalu, zachowujące wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 82 dot. Gr 95, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji łyżki typu Miller rozm. 0?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 83 dot. Gr 95, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji łyżki typu Miller rozm. 00?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 84 dot. Gr 31, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści półmaskę w kolorze białym – wyróżnik klasy niebieskie gumki na głowę? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 85 dot. Gr 31, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści półmaskę w kolorze białym – wyróżnik klasy czerwone gumki na głowę? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 86 dot. Gr 59 , poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga opatrunku klasy wyrobu sterylnego IIa ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 87 dot. Gr 59, poz. 2, 3, 4, 5:

Czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statycznie znamiennej ilości próbek (min 32)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 88 dot. Gr 96, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści - strzygarkę chirurgiczną stosowaną do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi, która może być stosowana do usuwania wszystkich typów włosów (grubych, cienkich, gęstych i rzadkich) zarówno suchych jak i mokrych, a także do delikatnych okolic ciała. Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, akumulator strzygarki jonowo- litowy (Li-Ion) wielokrotnego ładowania. Oddzielna ładowarka zawiera przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Zapewnia 160 min. pracy po pełnym naładowaniu baterii, czas ładowania 3 godz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 89 dot. Gr 96, poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki wymienionej w pyt. do poz. 1 i 2? – ostrza jednokrotnego użytku o szerokości cięcia 3,64. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Taka konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry Ostrza przeznaczone są do usuwania z jednakową skutecznością wszystkich rodzajów włosów w tym włosów długich, grubych i gęstych, suchych i mokrych w tym do miejsc wrażliwych i trudnodostępnych. Ostrza jednorazowe pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 90 dot. Gr 101:

Czy zamawiający dopuści maskę;

Trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, antystatyczna, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych

Nie zawiera lateksu

Bez zawartości włókien szklanych

Hipoalergiczna

Maska posiada zintegrowaną osłonę na oczy wykonaną z poliestru, antyrefleksyjną i przeciwmgielną

Wymiary maski: 20 cm x 9cm

Wymiary osłony na oczy:30 cm x 10cm

Długość troków: 41,5 cm (+/- cm)

Usztywnienie na nos wykonane z materiału pokrytego materiałem antyalergicznym

Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98,3%

Ciśnienie różnicowe Delta – P<20,6 Pa

Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II

Ilość sztuk w opakowaniu- 50

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 91 dot. 55, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek o pojemności 1000 ml kształt okrągły i 2000 ml kształt okrągły konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W celu ochrony pacjenta jak i personelu medycznego każdy wkład i kanister firmy Vacsax wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej z użyciem jonów srebra, które zapewniają trwałą ochronę bakteriologiczną przed szeregiem powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich jak MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas czy Campylobacter, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych zarówno jeśli chodzi o użytkownika, jak i o pacjenta (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada uniwersalny zwięzający się króćciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest schodkowy, obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króćciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Wymiana wkładów wymaga odłączenia źródła ssania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 92, dot. Gr 93, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści szczotki z polietylenową szczecinką oraz poliuretanową gąbką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 93, dot. Gr 93, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem o jednym stopniu miękkości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który nie jest tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne mycie rąk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 94, dot. Gr 93, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niejałowych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (4% glukonianem chlorheksydyny) nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 95, dot. Gr 123, poz. 1 i 2:

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m². Rękawica jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny min. 100g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy SIWZ

Pytanie nr 96, dot. Gr 123, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy SIWZ

Pytanie nr 97, dot. Gr 123, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy SIWZ

Pytanie nr 98, dot. Gr 53, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o wymiarach 44x30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 99, dot. Gr 53, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod okrągłych z jęczyzkiem o wymiarach 45x 42mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 100, dot. Gr 53, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji elektrod okrągłych o średnicy 50mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 101, dot. Gr 53, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji elektrod prostokątnych o zaokrąglonych rogach z języczkiem o wymiarach 50x35mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 102, dot. Gr 53, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny op. – 50szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 103, dot. Gr 53, poz. 1:

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 104, dot. Gr 54, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 105, dot. Gr 54, poz. 5:

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy zamawiający dopuści również zamiennik?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oryginały

Pytanie nr 106, dot. Gr 54, poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50mm x 30m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 107, dot. Gr 54, poz. 8,

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 108, dot. wzoru umowy, par. 3 ust. 5:

Prosimy o zmianę terminu zawartego w par. 3 ust. 5 na 3 dni robocze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 109, dot. wzoru umowy, par. 3 ust. 6:

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5-7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności oraz odbioru reklamowanego towaru z siedziby Zamawiającego w terminie 48 godzin. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenia niemożliwe - zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 110, dot. wzoru umowy, par. 7 ust. 1:

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 7 ust. 1 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. Akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartość, którą na pewno przeznaczony na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenie przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 111, dot. wzoru umowy, par. 7 ust.3:

Prosimy o wykreślenie par. 7 ust. 3 z projektu umowy. Proponowany zapis umowy stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilość poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. Wykonawcą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 112, dot. wzoru umowy, par. 9 ust. 1 lit.d) , par. 9 ust. 3,4:

Prosimy o zmianę kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa za nieterminową płatność nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. i sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka że wprowadzenie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna- jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna- tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483§ 1 k.c.)- prowadziły do nie uzasadnionego wzbogaceni wierzyciela”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 113, dot. wzoru umowy, par. 9 ust. 1 lit.e):

Prosimy o wykreślenie par. 9 ust. 1 lit. e) ze wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 114, dot. Gr 1, poz. 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych wykonanych z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, bez zawartości DEHP czyli szkodliwych ftalanów, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 115, dot. Gr 3, poz.3-6:

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości na opakowania w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 116, dot. Gr 3, poz.3-6:

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą dokładnie pojemności strzykawki czyli dla strzykawki 2ml – skala do 2ml, dla poj. 5ml – skala do 5ml, dla poj.10ml – skala do 10ml, dla poj.20ml – skala do 20ml, bez rozszerzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 117, dot. Gr 2, poz. 7 i 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawkami mają mieć tło ki cylinder wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 118, dot. Gr 2, poz. 7 i 8:

W związku z wymogiem, aby strzykawka posiadała na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji strzykawki na wyświetlaczu menu pompy prosimy o podanie posiadanych typów oraz producentów pomp strzykawkowych, w których stosowane będą zaoferowane strzykawki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 119, dot. Gr 5, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaferowanie igieł tępych dedykowanych do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 18g x40mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 120, dot. Gr 5, poz. 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy igła ma być wyposażona w filtr 5 mikronów dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 121, dot. Gr 8, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane w Państwa Placówce?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 122, dot. Gr 10, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL POINT, tak jak obecnie stosowane, ma być pakowana w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 123, dot. Gr 11, poz. 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej posiadały do wyboru przez Zamawiającego mandryn nylonowy lub metalowy tak jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 124, dot. Gr 11, poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe mają być skalowane co 1cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 125, dot. Gr 12, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki miały linię pozycjonującą ułatwiającą zakładanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 126, dot. Gr 12, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1cm tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 127, dot. Gr 12, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z poliuretanu cystoskopowych – rozmiary 4,8-6F dł 24-30cm , zawierające prowadnicę pokrytą PTFE dł. 150cm popychacz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 128, dot. Gr 12, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Lunderquista dł. 80cm do zabiegów PCNL z miękką końcówką proste (6cm) lub typu J (7cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 129, dot. Gr 13, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii przezskórnej metoda dwustopniową, tak jak obecnie stosowany, zawierającego igłę 2-częściową z końcem widocznym w USG, cewnik J pokryty hydrożelem z nacięciami poprzecznymi dla zamocowania nitki, kranik i łącznik w rozmiarach 6/8/10F.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 130, dot. Gr 13, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do cystostomii posiadającego plaster mocujący (taśmę adhezyjną) zamiast szpulkki mocującej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 131, dot. Gr 14, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników z zakończeniem typu Dufor 100% silikon z balonem o pojemności 50ml, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 132, dot. Gr 14, poz. 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour trójdrożne wykonane ze 100% silikonu mają być pokryte hydrożelem, co ułatwia ich zakładanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 133, dot. Gr 14, poz. 7 i 8:

Prosimy o dopuszczenie cewników Foleya, tak jak obecnie stosowane, z balonem o pojemności 15ml, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 134, dot. Gr 14, poz. 7:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Foley wykonane ze 100% silikonu mają być rowkowane na całej długości lub posiadać inną konstrukcję (zamiast rowkowania) umożliwiającą odprowadzanie wydzielin z cewnik moczowej zapobiegając ewentualnym zaropieniom oraz zmniejszając ryzyko odleżyn w cewce (cewnik dedykowany między innymi dla pacjentów po zabiegach na cewce moczowej)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 135, dot. Gr 15, poz. 1-4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do karmienia, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać fabrycznie nadrukowaną przez producenta informację o bezpiecznym czasie stosowania do czterech tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 136, dot. Gr 16, poz. 1-4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania o długości minimum 30 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 137, dot. Gr 16, poz. 1-9:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy suma średnic otworów bocznych ma być mniejsza niż średnica otworu centralnego, co zapobiega zassaniu śluzówki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 138, dot. Gr 16 poz. 1-9:

Prosimy o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym cewników ma się znajdować oryginalny nadruk z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 139, dot. Gr 16 poz. 1-9:

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „kod barwny i numeryczny na cewniku” Zamawiający oczekuje cewników posiadających barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku cewnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 140, dot. Gr 16 poz. 1-9:

Prosimy o sprecyzowanie czy łącznik w cewnikach ma być karbowany wewnątrz co gwarantuje trwałe połączenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 141, dot. Gr 16 poz.1-10:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników do odsysania sterylnych pakowanych w pojedyncze opakowanie – folia/papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 142, dot. Gr 16, poz.10:

Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych bez kodu numerycznego na cewniku, pakowanych w pojedyncze opakowanie- folia/papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 143, dot. Gr 16, poz. 1-10:

Prosimy o sprecyzowanie, czy cewniki Foley mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, co zapewni ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 144, dot. Gr 16, poz. 1-10:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 145, dot. Gr 19, poz. 1-3:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają się cechować długością min.28-29cm, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 146, dot. Gr 19, poz. 1-3:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają się posiadać plastikową zastawkę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 147, dot. Gr 19 poz.13:

Prosimy o wyjaśnienie czy filtr hydrofobowy komory pomiarowej ma posiadać obudowę uniemożliwiającą przekucie bądź inne uszkodzenie filtra prowadzące do potencjalnej kontaminacji zestawu, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 148, dot. Gr 19 poz.13:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 149, dot. Gr 19 poz.13:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do komory pomiarowej, tak jak w obecnie stosowanych systemach, ma posiadać spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania moczu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 150, dot. Gr 20 poz. 1-5:

Prosimy o sprecyzowanie czy dren Pezzera ma być sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 151, dot. Gr 20 poz. 1-5:

Prosimy o sprecyzowanie czy dren Pezzera ma posiadać otwory boczne o zaoblonych krawędziach o średnicy nie przekraczającej 5mm, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 152, dot. Gr 20, poz. 6-11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych drenów otrzewnowych wykonanych z medycznego pcv pakowanych pojedynczo w opakowanie folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 153, dot. Gr 17, poz. 1-4:

Prosimy o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania, tak jak obecnie stosowane, mają być skalowane co 1 cm, co pozwala na kontrolę położenia cewnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 154, dot. Gr 20 poz. 1-5:

Prosimy o wyjaśnienia czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają być wyposażone w przezroczysty konektor (łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny? Pełna kontrola nad siłą ssania znacznie redukuje stopień hipoksji i ryzyko uszkodzenia tkanek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 155, dot. Gr 21 poz. 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane produkty posiadały podwójne opakowanie, to jest dren był całkowicie zamknięty w worku foliowym a następnie opakowany na zewnątrz w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 156, dot. Gr 22, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do odsysania o średnicy 5,6/8,0mm, tak jak obecnie stosowany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 157, dot. Gr 24, poz.1,2:

Czy Zamawiający oczekuje końcówki zakończonej atraumatycznym zabezpieczeniem, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 158, dot. Gr 25, poz. 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma cechować się długością min.100cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 159, dot. Gr 25, poz. 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma być wykonana z lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 160, dot. Gr 29, poz. 1-2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°)- antyprzelewową konstrukcja o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 161, dot. Gr 29, poz. 3-5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania masek tlenowych biologicznie czystych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 162, dot. Gr 102, poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej firmy Becton Dickinson z portem bocznym umieszczonym niecentralnie nad skrzydełkami, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz w automatyczny zatrzask w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem i innymi przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew, uruchamiany zaraz po użyciu igły, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 163, dot. zapisów SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzeżę sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 164, dot. zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego, wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaferowanego asortymentu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 165, dot. wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) -podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 166, dot. wzoru umowy:

Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikom ww. postępowania o zamówienie publiczne uprawnień, wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ - zwanej w dalszej części pisma ustawą PZP, zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o udzielenie nam wyjaśnień w kwestii związanej z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ww. postępowania dotyczącymi zapisu z wzoru umowy - § 7 ust. 1, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, gdzie Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiegokolwiek nawet najmniejszej części. Prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalnijacej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu. Uzasadnienie: Należy zauważyć, że wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z podjętych umowa zobowiązań wobec Zamawiającego i jednocześnie nie narażać się na kary umowne, odszkodowanie i wykluczenie z przyszłych procedur przetargowych za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, muszą podjąć wszelkie niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia niezbędnych, określonych zapisami SIWZ ilości przedmiotu dostaw. Całkowite, jednostronne zwolnienie się Zamawiającego z obowiązku nabycia przedmiotu umowy w oparciu o ogólne i subiektywne przesłanki, nie odnoszące się do dyspozycji z art. 145 ustawy PZP, nie tylko może ale i naraża wykonawcę który dołożył należytej staranności w zorganizowaniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (także w kwestii zagwarantowania ustalonych umową ilości) na niczym nieuzasadnione straty. Zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i ugruntowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), niejasności i niedookreślenia w zapisach SIWZ nie mogą obciążać wykonawcy, gdyż to na zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, także w zakresie zamawianych ilości. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy, albo o wykreślenie ww. zapisu z wzoru umowy (dotyczy § 7 ust. 1) albo zastąpienia dotychczasowej treści nową w brzmieniu: (...) *Zamawiający zastrzeżę sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż w niej skazane, a Wykonawca wyraża na to zgodę, jednak z tym zastrzeżeniem że redukcja ta nie może przekroczyć 20%.* (...) albo też dopuszczenie możliwości

jednostronnego odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę gdy z jakiegokolwiek przyczyny nie będzie on mógł zagwarantować ciągłości dostaw w zakresie „szacunkowych” jedynie ilości przedmiotu zamówienia wskazanych przez samego Zamawiającego w treści SIWZ i wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 167, dot. Gr 70, poz. 1 i 2:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuszcza jednorazowe pętle do polipektomii o średnicy samej pętli 25mm, a w pozycji nr 2 o średnicy samej pętli 33mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 168, dot. Gr 72:

Czy Zamawiający dopuszcza Igły do ostrzykiwania jednorazowe (pakowane pojedynczo, sterylne, gotowe do bezpośredniego użycia) o odpowiedniej sztywności i ostrości umożliwiające nakłucie twardej śluzówki, w osłonce z tworzywa sztucznego, długość ostrza igły 4 mm, średnica 23 lub 25G długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego Ø 2,3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytania 169, dot. Gr 30, poz. 1,2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski o wym. 18cm x 9,5 cm ze sztywnikiem na nos o długości 13 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 170, dot. Gr 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w kolorze biało- zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 171, dot. Gr 30, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski pakowanej a' 25szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 172, dot. Gr 31, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 173, dot. Gr 35, poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjne wykonanego z włókniny sms; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 174, dot. Gr 59, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach:

- o wym. 4,4 cm x 4,4cm

- Wykonany z folii poliuretanowej
- Posiada odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki któremu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją.
- Stanowi barierę dla drobnoustrojów, bakterii znajdujących się w środowisku zewnętrznym pacjenta, przez co minimalizowane jest ryzyko infekcji.

- Wodoodporny- umożliwia wykonanie czynności higienicznych z użyciem wody, bez obawy o przemoczenie opatrunku i rany
- Przezroczysty- umożliwia obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku
- Bardzo cienki i elastyczny- dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu
- Dobra przylepność- doskonale przylega do skóry, co zapobiega przedwczesnemu i przypadkowemu odklejaniu się opatrunku
- Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym
- Może pozostać na miejscu zaaplikowania do 7 dni, optymalny czas utrzymania opatrunku to 3-4 dni
- System aplikacji typu „ramka” lub trójstopniowy ułatwia precyzyjne, bezbolesne i skuteczne założenie opatrunku
- Aby zaaplikować opatrunek posiadający system trójstopniowej aplikacji należy usunąć tylne zabezpieczenie, papierowe, następnie zdjąć wierzchnie, niepełne zabezpieczenie papierowe układające się w charakterystyczną ramkę
- Aby założyć opatrunek posiadający system trójstopniowej aplikacji należy najpierw usunąć tylne zabezpieczenie papierowe, następnie zgodnie z umieszczonymi wskaźnikami strzałkowymi zdjąć wierzchnie zabezpieczenie foliowe
- Niezależnie od rodzaju aplikacji czynności wykonywać dokładnie, aby uniknąć zagięć folii i zapewnić jej właściwe, równomierne rozłożenie na skórze.
- Dostępny w wielu rozmiarach, w różnych wersjach:
 - z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie na folii opatrunku
 - z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli
 - bez wycięcia i wkładu chłonnego
- Hypoalergiczny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 175, dot. Gr 59, poz. 6, 7:

Czy Zamawiający dopuści jałowe opatrunki do zamykania brzegów raz bez wzmocnienia z jedwabnej nitki?

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 176, dot. Gr 59, poz. 6, 7:

Czy Zamawiający dopuści jałowe opatrunki do zamykania brzegów ran wykonanej z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 177, dot. Gr 60, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny o następujących parametrach:

- Samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym
- Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny
- Mikropory w strukturze włókniny- zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- Centralnie umieszczony wkład chłonny – chłonie umiarkowany wysięk z rany
- Wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu- zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku
- Hypoalergiczny
- Elastyczny- opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- Łatwy do zamocowania na skórze
- Zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejaniu opatrunku
- Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą
- Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- o wym. 5,8 cm x 8,3 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 178, dot. Gr 108, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca o wym. 7cm x 120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 179, dot. Gr 118, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej o następujących parametrach nie zawierający płynu do płukania ust: Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18 cm, długość części czyszczącej 2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a' 50sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 180, dot. Gr 119, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o następujących parametrach:

Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22 cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85%. Zawierające w składzie m. in. dimetikon, polisorbat 20, dioctan glutaminienu tetrasodowego. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk. Na opakowaniu typu „Flow wrap” nadrukowana ilość myjek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 181, dot. Gr 120, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepek o następujących parametrach: Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywkę. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierając w składzie m. in. kokamidopropylbetaninę oraz dioctan glutaminienu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20sek. w 650 W). Zapachowy. Opakowanie typu „Flow wrap”. Wyrób nie zawiera lateksu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 182, dot. Gr 122, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60cm x 90cm; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800ml. Powierzchnia pokryta włókniną polipropelenową o gramaturze 15 g/m². Część spodnia z włókniny polipropyleneowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g/m² (celuloza+ superabsorbent). Łączna gramatura podkładu 180±10g/m². Waga produktu 100g Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 183, dot. Gr 123, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwuwarstwowej, jednorazowej myjki do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronne środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmira 15cm x 22cm, gramatura 65 g/m². Opakowanie jednostkowe a' 12 sztuk. Produkt pozbawiony lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 184, dot. Gr 123, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o następujących parametrach:

- Wykonana z miękkiego, delikatnego i chłonnego materiału
- Wykonana z celulozy (Airlaid)
- Możliwość założenia na dłoń
- Gramatura celulozy 60g/m²
- Rozmiar 16cm x 22cm
- Odporna na rozrywanie
- Sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi
- Jednorazowego użytku
- Opakowanie a' 50sztuk

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 185, dot. Gr 123, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek nie będących wyrobem medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 186, dot. Gr 129, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przeniesienie pacjenta do 150kg. Chłonność 1,5 l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. Coli, redukuje zapach. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni, bez przesyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 187, dot. Gr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą w opakowaniu jednostkowym nie nałożoną na strzykawkę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 188, dot. Gr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G 25 0,5x120?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 189, dot. Gr 10, poz. 1:

Czy Zamawiając dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G 25 0,5 x 90?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 190, dot. Gr 15, poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z otwartą końcówką spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 191, dot. Gr 15, poz. 10-14:

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe o długości 100cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 192, dot. Gr 15, poz. 10-14,

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 193, dot. Gr 16, poz. 1-10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcą na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi złożenie atrakcyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znacznie tańszej ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 194, dot. Gr 16, poz. 1-10:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pakowane pojedynczo w opakowanie zewnętrzne folia- papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 195, dot. Gr 16, poz. 1-10:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 196, dot. Gr 19, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu z dwiema zastawkami: w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 197, dot. Gr 20, poz. 1-5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 z zadania 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 198, dot. Gr 20, poz. 6-11:

Czy Zamawiający dopuści dreny w całości wykonane z silikonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 199, dot. Gr 20, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści dreny o rozmiarze CH 27?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 200, dot. Gr 20, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści dreny o rozmiarze CH 30?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 201, dot. Gr 20, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 33?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 202, dot. Gr 21, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pakowane pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 203, dot. Gr 22, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wewnętrznej 5,6 mm i zewnętrznej 8 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 204, dot. Gr 22, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści dren pakowany a' 50mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 205, dot. Gr 26, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 1/70mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 206, dot. Gr 26, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 2/80mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 207, dot. Gr 26, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 3/90mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 208, dot. Gr 26, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 4/100mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 209, dot. Gr 26, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 5/110mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 210, dot. Gr 26, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 6/120mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 211, dot. Gr 26, poz. 7-12:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie rurki oraz na łączniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 212, dot. Gr 26, poz. 24-29:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z 2 znacznikami głębokości w postaci półpierścieni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 213, dot. Gr 41, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Kera ramiona min. 18 x 45cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 214, dot. Gr 41, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści dreny Penrosa o szerokości min. 25mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 215, dot. Gr 45, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'75 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 216, dot. Gr 78, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 217, dot. Gr 93, poz. 1,2:

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk wykonane z polietylenu i poliuretanowej gąbki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 218, dot. wzoru umowy par 3 ust. 5:

Prosimy o wydłużenie terminu do 72 godzin i liczenie go w dni robocze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 219, dot. wzoru umowy par 3 ust 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dniach roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 220, dot. wzoru umowy par 9 ust 1b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie usunięcia wad w terminie wyznaczonym dodatkowo do 3% wartości brutto reklamowanego towaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 221, dot. wzoru umowy par 9 ust 1e):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 222, dot. Gr 26, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki chirurgicznej ze sztywnikiem o długości 13 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 223, dot. Gr 26, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki chirurgicznej w kolorze niebieskim. Maseczka o wielkości 17,9 x 9,2 cm, sztywnik 13 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 224, dot. Gr 26, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi filtrującej w kolorze białym, maski pakowane luzem w pudełku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 225, dot. Gr 26, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych luzem w pudełku, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 226, dot. Gr 33 poz.1:

Prosimy o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ± 53 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m². Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 227, dot. Gr 33 poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w kształcie hełmu o gramaturze 26 g/m², wykonanego z włókniny wiskozowej (71% jedwab wiskozowy + 29% polimerowej mieszaniny wiążącej), 50 sztuk w dozowniku, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 228, dot. Gr 33 poz. 3-5:

Prosimy o dopuszczenie czepka pielęgnarskiego typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m². Opakowanie 100 szt. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 229, dot. Gr 35:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aby spodnie i bluza były pakowane osobno co pozwala na lepszy dobór odpowiedniego rozmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 230, dot. Gr 59 poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 231, dot. Gr 59 poz.1-2:

Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 232, dot. Gr 59 poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7cm x 9cm bez wzmocnienia włókniną, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 233, dot. Gr 59 poz.5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku bez wzmocnienia włókniną w rozmiarze 4,5cm x 4,5cm lub 6cmx7cm pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 234, dot. Gr 59 poz.6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych pasków do zamykania skóry, wykonanych z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven, pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym (kopertka a 6 pasków) rozmiar 6mmx38mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 235. Dot. Gr 59 poz.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych pasków do zamykania skóry, wykonanych z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven, pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym (kopertka a 10 pasków) rozmiar 3mmx75mm, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 236, dot. Gr 59 poz.8:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości oferentów .

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wydzielamy

Pytanie nr 237, dot. Gr 62:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania okleiny do mocowania cewników i sond donosowych pozwalających na prostą trzystopniową metodę aplikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 238, dot. Gr 93 poz.1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion powinny być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 239, dot. Gr 93 poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje szczoteczek wykonanych z polietylenu (z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka, wyposażone w czyścik do paznokci)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 240 dot. Gr 93 poz.2:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie zamówienia tj. „jałowa jednorazowa szczotka(..) nasączona 4% chloorheksydyną” z uwagi na fakt że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną 4% środkiem dezynfekcyjnym nie są poddawane procesowi sterylizacji czyli nie są jałowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 241, dot. Gr 96 poz.3:

Prosimy o dopuszczenie ostrzy do strzygarki chirurgicznej CareFusion i szerokości strzyżenia 31,5 mm spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 242, dot. Gr 103:

Prosimy o wyjaśnienie czy pudełko do liczenia igieł powinno posiadać bezpieczny system zamykający - automatyczne zabezpieczenie zatraskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków gwarantujące łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy bezpieczny system zamykający

Pytanie nr 243, dot. Gr 129:

Czy Zamawiający oczekuje serwety ochronnej na stół operacyjny z super chłonnym barierowym rdzeniem o wymiarach min. 205 x 50 cm z marginesami z laminatu z każdej strony części chłonnej co zabezpiecza przed przeciekaniem płynów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 244, dot. Gr 129:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje chłonności na poziomie min. 35 ml/100 cm² ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 245, dot. Gr 129:

Czy Zamawiający oczekuje osłony na stół operacyjny wykonanej w części spodniej z matowej folii teksturowanej zabezpieczającej przed przesuwaniem i ślizganiem materiału po powierzchni stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 246, dot. Gr 44, poz. 15:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:

1. Cewnik trzyświatłowy o długości 15cm o średnicy wewnętrznej 16/18/18 Ga/ 7F
 - z miękkim końcem , wykonany z poliuretanu miękniący w temperaturze ciała,
 - obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm),
 - cewnik widoczny w promieniach Rtg,
 - ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock,
2. Skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika,
3. Przezroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi,
4. Odporną na zaginanie i załamywanie prowadnica wykonana z rdzenia niklowo tytanowego,
5. Bezigłowe zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG
6. Rozszerzadło dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 247, dot. Gr 117, poz. 1 i 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że oczekuje igieł najnowszej generacji igły do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DFHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą ; w długościach: 35, 50, 80, 100, 150 mm oraz 20G i 22G (do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 248, dot. Gr 11, poz. 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej posiadały do wyboru przez Zamawiającego mandryn nylonowy lub metalowy tak jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 249, dot. Gr 11, poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe mają być skalowane co 1cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 250, dot. gr 12, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki miały linię pozycjonującą ułatwiającą zakładanie tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego:

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 251, dot. gr 12, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1 cm tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 252, dot. gr 12, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów śródoperacyjnych wykonanych z silikonu. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 253, dot. Gr 12, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału 2 warstwowego innego niż poliuretan, wewnątrz twardszy – zapobiegający zablokowaniu przepływu, zewnętrznie miękki mniej odczuwalny dla pacjenta, taki jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 254, dot. Gr 12, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z poliuretanu cystoskopowych – rozmiary 4,8-6F dł. 24-30 cm, zawierające prowadnicę pokrytą PTFE dł. 150cm popychacz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 255, dot. Gr 12, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Lunderquista dł. 80cm do zabiegów PCNL z miękką końcówką proste(6cm) lub typu J (7cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 256, dot. Gr 13, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii przezskórnej metoda dwustopniową, tak jak obecnie stosowany, zawierającego igłę 2- częściową z końcem widocznym w USG, cewnik J pokryty hydrożelem z nacięciami poprzecznymi dla zamocowania nitki, kranik i łącznik w rozmiarach 8/10F.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 257, dot. Gr 13, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik typ Pigtail wykonanym z poliuretanu, bardzo ostry rozrywany trokar, worek na mocz 2L, silikonową tulejkę do mocowania. Rozmiary 8F/11F/14F

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 258, dot. Gr 13, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik silikonowy z balonem, bardzo ostry rozrywany trokar rozmiar 12F dla rozmiaru 10F oraz 15F dla rozmiaru 13F, worek na mocz 2L, silikonową tulejkę do mocowania. Rozmiary 10F/13F

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 259, dot. Gr 14, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników z zakończeniem typu Dufor 100% silikon z balonem o pojemności 50ml, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 260, dot. Gr 14, poz. 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour trójdrożne wykonane ze 100% silikonu mają być pokryte hydrożelem, co ułatwia ich zakładanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 261, dot. Gr 14, poz. 7 i 8:

Prosimy o dopuszczenie cewników Foleya, tak jak obecnie stosowane, z balonem o pojemności 15 ml, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 262, dot. Gr 14, poz. 7:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Foley wykonane ze 100% silikonu mają być rowkowane na całej długości lub posiadać inną konstrukcję (zamiast rowkowania) umożliwiającą odprowadzenie wydzielin z cewnik moczowej zapobiegając ewentualnym zaropieniom oraz zmniejszając ryzyko odleżyn w cewce (cewnik dedykowany między innymi dla pacjentów po zabiegach na cewce moczowej)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 263, dot. Gr 6, poz. 11-16:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 6 pozycję 11-16 i utworzy nowy pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 264, dot. Gr 6, poz. 11:

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 11 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 22G x 25mm; przepływ 36ml/min. Kolor niebieski. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 265, dot. Gr 6, poz. 12:

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 12 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 20G x 32mm; przepływ 60ml/min. Kolor różowy. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 266, dot. Gr 6, poz. 13:

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 13 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 18G x 45mm; przepływ 90ml/min. Kolor zielony. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 267, dot. Gr 6, poz. 14:

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 14 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 17G x 45mm; przepływ 140ml/min. Kolor biały. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 268, dot. Gr 6, poz. 15:

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 15 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 16G x 45mm; przepływ 180ml/min. Kolor szary. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 269, dot. Gr 6, poz. 16:

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 16 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonaną z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażoną w port boczny, rozm. 24G x 20mm; przepływ 18ml/min. Kolor żółty. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 270, dot. Gr 8:

Czy zamawiający w pakiecie 8 dopuści Kaniulę dożylną dożylną 0,7x19 wykonaną z PTFE widoczna w USG, przepływ 18ml/min, posiadająca zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia, pakowana pojedynczo, sterylna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 271, dot. Gr 27:

Czy zamawiający w pakiecie 27 dopuści Jednorazową, sterylna, elastyczna prowadnica typ Bougie do trudnej intubacji posiadająca delikatnie zakrzywioną końcówkę do rurek intubacyjnych o średnicy wewnętrznej 6,0mm lub większej, oznaczenie umieszczone w odległości co 10cm, rozm. Dla rurek od 6-10 długość 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 272, dot. Gr 28, poz. 3:

Czy zamawiający może wyjaśnić co ma na myśli w pakiecie 28 pozycji 3 adaptor membranowy? Do czego ma służyć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Adaptor służy do połączenia drenu od ssaka z drenem do odsysania

Pytanie nr 273, dot. Gr 28, poz. 3:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 28 pozycję 3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 274, dot. Gr 44, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 44 pozycji 2 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,5x1,0 zamknięty koniec trzy otwory boczne, łącznikiem do cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igłą 16Gx80mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 275, dot. Gr 44, poz. 8:

Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 8 dopuści Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnych. Wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki. Sterylne, pakowane pojedynczo, bezlateksowe, wykonane z poliwęglanu. Ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie. Ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kranik w kolorze białym z dodatkowymi klipsami niebieskim i czerwonym dla odróżnienia linii żylnych, tętniczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 276, dot. Gr 44, poz. 10:

Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 10 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę nitinolową typu „J” zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG 7F/20/ kanały 16/16G.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 277, dot. Gr 44, poz. 11:

Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 11 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę nitinolową typu „J” zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, kanały 14/14G.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 278, dot. Gr 44, poz. 12:

Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 12 dopuści Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3 - 1000 ml, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 µm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 279, dot. Gr 44, poz. 16:

Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 16 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:

1. cewnik trzyświatłowy o długości 16cm o średnicy wewnętrznej 18, 18, 14 Ga
-z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu miękniący w temperaturze ciała,
-obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1cm),
-cewnik widoczny w promieniach Rtg,
-ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock,
2. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika,
3. przezroczyste dreny z zaciskami
4. nitinolowa prowadnica z końcówką J (w osłonie),
5. rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy,
6. igła punkcyjna,
7. strzykawka punkcyjna

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 280, dot. Gr 97, poz. 4 i 6:

Czy zamawiający w pakiecie 97 pozycji nr 4, 6 dopuści cewniki pępowinowe dwuświatłowe w rozmiarach 4 Fr długości 20 i 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.4 – dopuszczamy, poz.6 – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 281, dot. Gr 102, poz. 1:

Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycji nr 1 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, wyposażona w system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi oraz automatyczny zatrząsk zabezpieczający igłę przed zakuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania tj. łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem, silikonowy zaworek, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, z paskami kontrastującymi w rtg rozm. 22G oznaczenie kolorystyczne zgodnie z ISO, nie zawierające lateksu oraz ftalanów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 282, dot. Gr 102, poz. 2:

Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycji nr 2 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, wyposażona w system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi oraz automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania tj. łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem, silikonowy zaworek, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, z paskami kontrastującymi w rtg rozm. 20G oznaczenie kolorystyczne zgodnie z ISO, nie zawierające lateksu oraz ftalanów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 283, dot. Gr 102, poz. 3:

Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycji nr 3 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, wyposażona w system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi oraz automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania tj. łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem, silikonowy zaworek, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, z paskami kontrastującymi w rtg rozm. 18G oznaczenie kolorystyczne zgodnie z ISO, nie zawierające lateksu oraz ftalanów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 284, dot. Gr 109, poz. 2:

Czy zamawiający w pakiecie 109 pozycji 2 dopuści Cewnik do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik, prowadnik, igłę punkcyjną. Cewnik ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem 18GA/8cm posiadający prowadnicę i igłę punkcyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 285, dot. Gr 109, poz. 3:

Czy zamawiający w pakiecie 109 pozycji 3 dopuści Cewnik do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik z prowadnicą i igłą punkcyjną. Cewnik ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem 20GA/6cm posiadający prowadnicę i Igłę punkcyjną

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 286, dot. Gr 117, poz. 1:

Czy zamawiający w pakiecie 117 pozycji 1 dopuści Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta warstwą izolacyjną aż do szlif, szlif 30 stopni, plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlif oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym oraz posiadająca dren do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna, 21Gx 0,8x50mm.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 287, dot. Gr 117, poz. 3:

Czy zamawiający w pakiecie 117 pozycji 3 dopuści Igła do znieczulenia splotów nerwowych, pakowana pojedynczo, sterylna ,25G, 0,53x50mm.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 288, dot. Gr 117, poz. 1 i 2:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 117 pozycję 1 i 2 i utworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie

Pytanie nr 289, dot. wzoru umowy,

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej (§9 ust. 1 pkt. a) za nieterminowe dostawy do 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 290, dot. wzoru umowy,

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej (§9 ust. 1 pkt. b) za zwłokę w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo do 0,2% wartości brutto reklamowanego towaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 291, dot. wzoru umowy,

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej (§9 ust. 1 pkt. e) do 0,1% wartości zamówienia objętego fakturą korygującą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 292, dot. Gr 37, poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 293, dot. Gr 37, poz. 3-4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z materiału typu SMS o gramaturze 28g/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 294, dot. Gr 138, poz. 1 i 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby opisany w Grupie 138 zestaw był rozbity na dwie pozycje tj:

1. 30 sztuk membran nebulizatora Aeroneb Solo, 30 sztuk złączy typu T dla dorosłych wraz z modulem sterującym USB kompatybilny z membranami Aeroneb Solo?
2. 70 sztuk membran nebulizatora Aeroneb Solo, 70 sztuk złączy typu T dla dorosłych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 295, dot. Gr 3, poz. 1-5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym na opakowania po 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak dopuszczamy

Pytanie nr 296, dot. Gr 3, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym na opakowania po 80 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak dopuszczamy

Pytanie nr 297, dot. Gr 8:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Pozostałe wymagani zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 298, dot. Gr 59, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 299, dot. Gr 59, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 300, dot. Gr 59, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 301, dot. Gr 59, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 9 x 11 cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 302, dot. Gr 1 poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 1 do osobnego zadania tak, aby umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 303, dot. Gr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do 250ml/godz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 304, dot. Gr 30, poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99%

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 305, dot. Gr 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o wymiarach 18 x 9,5 cm, sztywnik 13cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 306, dot. Gr 30, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o wymiarach 18 x 9,5 cm, sztywnik 13cm, posiadającą specjalną taśmę po stronie wewnętrznej, która chroni okulary przed zaparowaniem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 307, dot. Gr 32, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne wyposażone w zauszniki z regulacją długości oraz kąta pochylenia zauszników, w zamian pochylenia szybki, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 308, dot. Gr 94, poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wymagamy ale dopuszczamy

Pytanie nr 309, dot. Gr 94, poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z graficzną instrukcją użytkowania nadrukowaną bezpośrednio na worku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wymagamy ale dopuszczamy

Pytanie nr 310, dot. Gr 101, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści maskę trzywarstwową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 311, dot. Gr 101, poz. 1:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie parametru jakim jest gramatura maski (83g/m²) oraz dopuszczenie maski o wysokiej skuteczności bakteryjnej 99,99%, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 312, dot. Gr 107, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wyceny wskazanej pozycji w przypadku gdy mocowania zaoferowane w pozycji 1 i 2 zawierają w zestawie taśmę do zapięcia rurek intubacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 313, dot. Gr 118, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie jako równoważnego preparatu do płukania ust na bazie roztworu chlorheksydyny w stężeniu 0,1% pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 314, dot. Gr 132, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o wymiarach 50x100 mm, spełniających pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 315, dot. Gr 26, poz. 1-6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-6 sterylnych rurek ustno-gardłowych Guedel odpowiadającym rozmiarom umieszczonym w specyfikacji, tj. 60-110mm, ponumerowanych od 0-5, a nie jak pierwotnie od 1-6.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 316, dot. Gr 26, poz. 24-29:

Czy Zamawiający w pozycjach 24-29 miał na myśli i wymaga rurek intubacyjnych zbrojonych z mankietem niskociśnieniowym, dodatkowo w zestawie z przewodnicą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 317, dot. Gr 26, poz. 30:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 30 przewodnic do ukształtowania dla rurek w rozmiarze od 2 mm do 5,5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 318, dot. Gr 26, poz. 31:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 31 przewodnic do ukształtowania dla rurek w rozmiarze od 6,0 mm do 10,0 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 319, dot. Gr 120:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy czepka do mycia głowy o n/w parametrach: Antybakteryjny czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Cechy: wolny od alkoholu, lateksu, lanoliny, zawierający wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe, pH 5,5. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze max. 20 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 320, dot. Gr 121:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych - celem zwiększenia konkurencyjności przy dopuszczeniu większej liczby Oferentów. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty przetargowej, poniżej parametry:

System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji. Cewnik przezierny dla promieni RTG o długości ok. 165 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml wykonanych z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 321, dot. Gr 126, poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-3 wysokiej klasy jednorazowych masek twarzowych produkcji niemieckiej z możliwością regulacji objętości mankieta powietrznego, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 322, dot. Gr 126, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 łącznika karbowanego typu martwa przestrzeń, posiadającego niebieski, a nie czerwony kapturek, łącznik spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 323, dot. Gr 126, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości dodatkową rurę wymaga Zamawiający w pozycji nr 8?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 324, dot. Gr 126, poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 wysokiej klasy filtra elektrostatycznego o minimalnie różniących się parametrach: Filtr oddechowy elektrostatyczny o masie 29g, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,999%, martwa przestrzeń 45 ml; z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania zatyczki od kapno na czas pomiaru stężenia CO₂, objętość oddechowa min. 300-1500; sterylne, pakowany pojedynczo, folia-papier, czas stosowania min. 24h.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 325, dot. Gr 126, poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 Filtra oddechowego mechanicznego typu HEPA, antibakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H₂O przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 326, dot. Gr 126, poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 wysokiej klasy wymiennika ciepła i wilgoci, tzw. sztucznego nosa o minimalnie różniących się parametrach: Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci max. 12,3 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa ok. 15 ml, waga max. 5g, objętość oddechowa 50-1000 ml, skuteczność nawilżania 12,3 mg/l przy Vt 500ml - pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 327, dot. Gr 126, poz. 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 12 filtra elektrostatycznego dla dzieci o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych: Filtr elektrostatyczny dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99% o skuteczności nawilżania min. 32,5 mg/l przy VT=250ml, zaopatrzony w port kapno, waga ok. 15g, martwa przestrzeń ok. 30ml, objętość oddechowa 50-900, czas stosowania 24h.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 328, dot. Gr 6, poz. 11:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 22G x25 mm/0,9; przepływ 36 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 329, dot. Gr 6, poz. 12:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 20G x32 mm/1,1; przepływ 65 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 330, dot. Gr 6, poz. 13:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 18G x45 mm/1,3 o przepływie 95 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 331, dot. Gr 6, poz. 14:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 17G x45 mm/1,5; przepływ 142 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 332, dot. Gr 6, poz. 15:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 16G x45 mm/1,7; przepływ 200ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 333, dot. Gr 6, poz. 16:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 24G x19 mm/0,7; przepływ 23ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 334, dot. Gr 6, poz. 17:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 0,9 x25mm/22G; przepływ 36 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 335, dot. Gr 6, poz. 18:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,1 x 32 mm/20G; przepływ 65 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 336, dot. Gr 6, poz. 19:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,3 x 32 mm/18G; przepływ 95 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 337, dot. Gr 6, poz. 20:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,5 x45 mm/17G; przepływ 142 ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 338, dot. Gr 6, poz. 21:

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,7 x 45 mm/16G; przepływ 200ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. W związku z tym, iż obowiązująca Norma PN-EN ISO 10555-5 stanowi, że przepływ dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej poniżej 1,0 mm powinien wynosić od 80% do 125% wielkości podanej przez producenta, a dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej 1,0 mm lub większej, od 90% do 115% wielkości podanej przez producenta. Zamawiający nie może uznawać za nie spełniający wymogów produkt o parametrach zgodnych z normami przewidzianymi dla danego rodzaju wyrobu medycznego ani preferować wyłącznie kaniul o określonych, konkretnych rozmiarach i przepływach. W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 339, dot. Gr 6, poz. 9 i 10:

Prosimy o wydzielenie z Grupy 6 bezpieczne igły iniekcyjne z poz. 9 i 10, pozwoli to większej grupie wykonawców na złożenie ofert korzystnych cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 340, dot. Gr 45, poz. 2:

Prosimy o możliwość wyceny kieliszków za opakowanie a'75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 4067 opakowań a'75.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 341, dot. Gr 102, poz. 1-3:

Prosimy o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami, wyposażone w automatyczny zatrask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, spełniające pozostałe wymogi SIWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli większej grupie wykonawców na złożenie ofert korzystnych cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 342, dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy;

b) za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dalsze 2% wartości brutto reklamowanego towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru;

e) za opóźnienie w wystawieniu faktury korygującej o której mowa § 5 pkt. 8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia objętego daną fakturą korygującą za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy błędnie wystawiona faktura.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 343, dot. Gr 113:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sondę wielorazową argonową o średnicy 2,3 mm, długość 2,2 mm, kompatybilną z diametrem z modulem argonowym tym EMED ES350, wyjście na wprost, wtyk owalny ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 344, dot. Gr 36, poz. 1-2,

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ciepłej i komfortowej bluzy chirurgicznej wykonanej z materiału spunbond o gramaturze 50g/m², posiadającej dwie kieszenie na dole bluzy oraz z metką z rozmiarem widocznym przed rozłożeniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 345, dot. Gr 39, poz. 1,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 21 g/m² i wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 21 g/m²

Pytanie nr 346, dot. Gr 12, poz. 2:

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust 2 i art. 2 i art. 7 ust 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści zestaw do szynowania moczowodów bez zacisku i z popychaczem bez ruchomych elementów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 347, dot. Gr 12, poz. 3, 4:

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust 2 i art. 2 i art. 7 ust 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści zestawy do szynowania moczowodów w rozmiarze 4,7F przy pozostałych parametrach zgodny z SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 348, dot. Gr 12, poz. 5, 6:

Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 5 i 6?

Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada zachowania uczciwej konkurencji, odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wydzielamy

Pytanie nr 349 , dot. Gr 13, poz. 1-2:

Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2, i art. 7 ust 1, ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu Malecot? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 350, dot. Gr 13, poz. 7:

Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne zestawy do cystostomii zgodnie z opisem poniżej?

Zestaw zawiera:

- Rozrywalny trokar
- Cewnik Foley'a z pokrywą hydrogilną Biocath
- Ostrze

Rozmiar cewnika: 12 CH i 16CH. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 351, dot. Gr 14, poz. 4:

Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne cewniki typu Dufour o pojemności balnu 60-80ml? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 352, dot. Gr 14, poz. 1, 3, 4, 6:

Czy Zamawiający z uwagi a sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycje nr 1,3,4 i 6,?

Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko do opisu sesnu stricto lecz również podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wyodrębniamy

Pytanie nr 353, dot. Gr 61, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni M (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 354, dot. Gr 61, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok duży L (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 355, dot. Gr 62, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok duży L (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne

oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 356, dot. Gr 62, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok mały S (nr katalogowy: 3200S) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 357, dot. Gr 62, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok mały S (nr katalogowy: 3200S) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 358, dot. Gr 39, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 39 poz.3 pelerynki z włókniny polipropylenowej, spełniającej pozostałe wymogi siwz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 359, dot. Gr 33, poz. 4 i 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 33 poz.4 i 5 czepków pakowanych w torebki foliowe po 30-50szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 360, dot. Gr 33, poz. 4 i 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 33 poz.4 i 5 czepków pakowanych po 30-50szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 361, dot. Gr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 – IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą czterokanałową – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką – przezroczysta komora kroplowa z filtrem – rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką – opakowanie jednostkowe typu blister papier-folia – sterylizowany tlenkiem wtyłenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 362, dot. Gr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymodu posiadania zaczepu na dren?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 363, dot. Gr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 364, dot. Gr 39, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gr. min. 20g/m² wykończony mankietem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 365, dot. Gr 39, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch typu przedniak, rozmiar uniwersalny, opakowanie foliowe a'100 szt., wycena za opakowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 366, dot. Gr 45, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30 ml, pakowane a'75 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 367, dot. Gr 45, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 368, dot. Gr 82:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 369, dot. Gr 91:

Czy Zamawiający wymaga wzierniki pakowane folia + papier? Gwarantuje to większą szczelność opakowania i sterylność produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 370, dot. Gr 32:

Czy Zamawiający dopuszcza okulary ochronne bez regulacji wielostopniowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 371, dot. Gr 32:

Czy Zamawiający dopuszcza okulary dodatkowo posiadające powiększenie opraw zoptymalizowane do komfortowego użycia z okularami korekcyjnymi uwzględniając tym samym, że będą to okulary lekkie i wygodne wykonane z przezroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszuki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych oraz promieniowaniem UV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy