



**SZPITAL POWIATOWY**  
**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**  
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec  
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

fax. (017) 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [poczta@szpital.mielec.pl](mailto:poczta@szpital.mielec.pl)

Mielec, dnia 26.04.2017r.

SzP VIII-2233-36P-I/17

## **Wszyscy uczestnicy** **postępowania przetargowego**

*Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30.000 euro na sprzedaż i dostawę platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń oraz resekcją bipolarną wraz z oprzyrządowaniem i napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem*

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści napęd o znacznie wyższych parametrach niż opisane w SIWZ?

Pkt I

- 3. obroty wiercenia 0-1350 obr/min
- 4. frezowanie 0-300 obr/min
- 5. Moment obrotowy wiertarski 4,7 Nm
- 6. Moment obrotowy frezarski 19,7 Nm
- 7. Kaniulacja 4,4 mm
- 9. Waga 1,006 kg
- 13 Moc silnika 274 W

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem SIWZ

### **Pytanie nr 2:**

Pkt II Czy Zamawiający dopuści baterie o następujących parametrach: Bateria Li-Ion, napięcie 13.2 V, pojemność 2.5 Ah, metody sterylizacji jak w SIWZ

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem SIWZ

### **Pytanie nr 3:**

Pkt IV Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jedna bardziej uniwersalna nasadkę do drutów Kirshnera o szerszym rozmiarze od 0,7-4 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem SIWZ