



SZPITAL POWIATOWY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

fax. (017) 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: poczta@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.6-2.18

Mielec, dnia 25.01.2018r.

Wszyscy uczestnicy **postępowania**

Dotyczy: sprzedaż i dostawa asortymentu do strzykawki automatycznej

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień

Pytanie nr 1, Grupa 2, poz. 1

Pyt. 1 dot. SIWZ – GRUPA 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu w 100% kompatybilnego ze wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Stellant CT Dual o następującym składzie:

A:

- wkład o poj. 200 ml
- ostrze spike
- złącze szybkiego napełniania
- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem „Y” i zaworkiem antyzwrotnym

B:

- wkład o poj. 200 ml
 - ostrze spike
 - złącze szybkiego napełniania
- Zestaw wkładów jednorazowy, sterylne, atestowany przez producenta wkładów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 2, Grupa 2, poz. 2

Pyt. 2 dot. SIWZ – GRUPA 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” o długości 150cm bez złącza szybkiego napełniania? Złącze w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Stellant CT Dual.

Różnica w kształcie trójnika jest znikoma i nie ma żadnego wpływu na użytkowanie i działanie. Można uznać, że są to rozwiązania równoważne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.