



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel/fax. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 14.08.2018r.

SzP.ZP.271.91-2.18

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. Gr.12:

Czy Zamawiający dopuści butelki nawilzacza o pojemności 210 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 2, dot. Gr.12:

Czy Zamawiający dopuści butelki nawilzacza o pojemności 285 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Pytanie nr 3, dot. Gr.12:

Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach: (LxWxH) - 55x67x200 mm? (średnica butelki nie ma wpływu na stopień nawilżania)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4, dot. Gr.12:

Zwracam się z prośbą o podanie rozmiaru gwintu wyjścia dozownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

38 mm

Pytanie nr 5, dot. Gr.12:

Czy zamawiający dopuści butelki nawilzacza wykonane z policarbonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ