



SZPITAL POWIATOWY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

fax. (017) 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: poczta@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 13.12.2017r.

SzP.ZP.271.92-II.17

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę obłożenia pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. Gr. 18, poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie obłożenia standardowego o następującym składzie i parametrach:

1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.

1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

1 serweta przylepna 170x175cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m².



150×240cm
1 szt./pcs./ur.



140×190cm
1 szt./pcs./ur.



80×145cm
1 szt./pcs./ur.



170×175cm
1 szt./pcs./ur.



30×40cm
4 szt./pcs./ur.



9×50cm
1 szt./pcs./ur.



75×90cm
2 szt./pcs./ur.

Serwety wykonane z laminatu folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m². 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu repozycjonowalnego kleju w serwetach i dopuszczenie serwet z hypolergicznym klejem umożliwiającym użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i instrukcjami obłożenia pola operacyjnego, według których serwet nie wolno przesuwać ani ponownie przyklejać w innym miejscu.

Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 2, dot. Gr. 18, poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie obłożenia standardowego o następującym składzie i parametrach:

1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm


1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m².



Serwety wykonane z laminatu folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m². + wzmocnienie: Spunlace 70 g/m². – łącznie w strefie krytycznej 132 g/m². 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu repozycjonowalnego kleju w serwetach i dopuszczenie serwet z hypolegicznym klejem umożliwiającym użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i instrukcjami obłożenia pola operacyjnego, według których serwet nie wolno przesuwać ani ponownie przyklejać w innym miejscu.

Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 3, dot. grupa 13:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny osłony jałowej z folii przezroczystej na przewody o długości 235 cm i szerokości 13 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 4, dot. grupa 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia z 4 ręcznikami celulozowymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 5, dot. grupa 2, poz. 1:


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów PCNL spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia z odpornością na rozerwanie min. 172 kPa ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 6, dot. grupa 3, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w ułożeniu na plecach w następującym składzie:



Zestaw do cięcia cesarskiego III

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm)	315 x 250
1 serweta dla noworodka	90 x 100
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 7, dot. grupa 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie:

- 1 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120 cm, okrągła PE zamiast osłona okrągła przezroczysta max 95 x 95 cm
- 1 sztuka fartucha chirurgicznego rozm XL zamiast 2 sztuk
- 1 x serweta angiograficzna bez padu chłonnego z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego po prawej stronie pacjenta zamiast po lewej stronie
- dodatkowo 1 x serwetę nieprzylepną 50 x 50 cm dwuwarstwową

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8, dot. grupa 7, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 37,5 cm x 45 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 9, dot. grupa 7, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 90 cm x 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 10, dot. grupa 7, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 50 cm x 60 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 11, dot. grupa 7, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej serwety wykonanej z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 240 cm x 150 cm z obszarem wzmocnionym w postaci padu chłonnego, całkowita gramatura wzmocnienia 110 g/m² ?

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.

Pytanie nr 12, dot. grupa 7, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 170 cm x 300 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.


Pytanie nr 13, dot. grupa 9, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów na kręgosłupie zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 245 cm x 320 cm z padem chłonnym, pozostałe parametry spełnione, oraz 1 taśmą samoprzylepną zamiast 2 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.

Pytanie nr 14, dot. grupa 14, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do drobnych zabiegów chirurgicznych w następującym składzie:



Zestaw do ginekologii/cystoskopii

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy	150 x 100
1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm)	75 x 200
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
2 osłony na kończynę długie	75 x 120
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.

Pytanie nr 15, dot. grupa 17, poz. 1,2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych fartuchów chirurgicznych spełniających wymogi SIWZ posiadających dodatkowe nieprzemakalne wstawki nie paroprzepuszczalne PP/PE tj. włóknina/folia-laminat ?

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.

Pytanie nr 16, dot. grupa 18, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z częścią przylepną 3,5 cm w tym szerokość powierzchni klejącej 2,5 cm w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 17, dot. grupa 18, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego z częścią przylepną 3,5 cm w tym szerokość powierzchni klejącej 2,5 cm w następującym składzie:


- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 18, dot. grupa 19, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:



Zestaw do operacji urologicznych I

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33


Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 19, dot. grupa 20, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:



Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 300
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 95 cm)	245 x 280
1 serweta nieprzylepna	150 x 200
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
1 osłona na kończynę	35 x 120
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33


Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 20, dot. grupa 20, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kolana wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:



Zestaw do artroskopii I

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm	320 x 245
1 osłona na kończynę	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33


Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 21, dot. grupa 20, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:



Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm)	320 x 225
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 osłona na kończynę	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33


Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 22, dot. grupa 20, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą z wycięciem „U” do artroskopii barku wzmocniony wykonanego z włókniny dwuwarstwowej z obszarami wzmocnionymi, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie



Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 60 cm)	260 x 200
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 osłona na kończyne	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 23, dot. wymagania do wszystkich grup:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu pokrytego klejem hypoalergicznym, nierepozycjonowalnym ze względu na zachowanie zasad aseptyki?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 24, dot. grupa 3:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu trilaminat o gramaturze 66g/m², gramaturze w obszarze krytycznym min. 140 g/m². Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 25, dot. grupa 3:

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do cięcia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestetycznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 26, dot. grupa 13:

Prosimy o dopuszczenie osłony na kamerę PE składana teleskopowo 13 x 240 cm z taśmą, pozostałe zgodne SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 27, dot. grupa 14:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 125x230 cm

2 x osłona na kończyny 79x140cm z repelentnej włókniny SMMMS,

1 x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm

1 x ręcznik chłonny 60x40cm +/-2 cm

1 x serweta 74/137/192 cm typu T do litonii z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 190kPa, w obszarze wzmocnień powyżej 570 kPa. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 28, dot. grupa 16:

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rękawami zakończonymi elastycznym bawełnianym mankietem o długości min. 6 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 29, dot. grupa 17:

Prosimy o dopuszczenie fartuchów ze wstawkami nieprzemakalnymi o gramaturze 30 g/m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 30, dot. grupa 17:

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rękawami zakończonymi elastycznym bawełnianym mankietem o długości min. 6 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 31, dot. grupa 18, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 32, dot. grupa 18, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH₂O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N , chłonny (absorpcja > 650 %). Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 33, dot. grupa 19:

Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 74x190cm
- 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm
- 1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR , ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzuszny Ø 8 cm, z otworem na pręcie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny 95x60cm z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Sunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 34, dot. grupa 20, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończynie 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetracje płynów >200 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 35, dot. grupa 20, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)
- 1 x osłona na stolik Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm)

- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
- 1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (wskaźnik pylenia 1,9 Log₁₀). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 195kPa. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 36, dot. grupa 20, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
 - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,
 - 1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów.
 - 1 x osłona na kończynę - stokineta 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm (sterylna, pakowana osobno)
- Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m² pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa a w obszarze krytycznym powyżej 570kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na mokro powyżej 90 N a w obszarze krytycznym powyżej 200 N. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 37, dot. grupa 20, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H₂O ,dodatkowo zaliczone testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej),odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>195kPa). Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 38, dot. grupa 20, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma

podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², odpornego na penetracje płynów (>200 cmH₂O), odpornego na rozerwanie na sucho/mokro (> 195 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH₂O, odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro I_B 6,0, odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne >150 N i poprzeczne > 100 N, chłonny (absorpcja > 650 %) Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 39, dot. grupa 20, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą z wycięciem U, skład zestawu:

- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1 serweta U z trilaminatu 196x254cm z przyklepnym wycięciem 15x102cm, wzmocnienie 77x99cm, 2 uchwyty na przewody
- 1 przylepna serweta górna z trilaminatu 183x254cm, wzmocnienie 39x67cm, 1 uchwyt na przewody
- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm
- 4 ręczniki chłonne 20x30cm, rozłożone
- 1 osłona na kończynę - stokineta 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm (sterylna, pakowana osobno)

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m²), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40, dot. grupa 20, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą z wycięciem U, skład zestawu:

- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1 serweta U z trilaminatu 196x254cm z przyklepnym wycięciem 15x102cm, wzmocnienie 77x99cm, 2 uchwyty na przewody
- 1 przylepna serweta górna z trilaminatu 183x254cm, wzmocnienie 39x67cm, 1 uchwyt na przewody
- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm
- 4 ręczniki chłonne 20x30cm, rozłożone
- 1 osłona na kończynę - stokineta 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm (sterylna, pakowana osobno)

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m²), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa).

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 41, dot. grupa 21:

Prosimy o dopuszczenie osłony na głowicę w rozmiarze 15 x 122 cm, pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy.