



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: poczta@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 12.09.2018r.

SzP.ZP.271.95-1.18

Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę implantów neurochirurgicznych

Szpital Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dot. Grupy 1:

Czy zamawiający dopuści w Grupie 1, implanty o parametrach:

Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem (jest on sterylnie pakowany i zamknięty) , ; sterylny komplet igieł w skład którego wchodzi - 2 igły, 2 kaniule do podawania cementu , dwa trokary, dwa skalowane druty Kirchnera ;sterylny zestaw strzykawk do podawania cementu (5 strzykawk 2 ml oraz 8 strzykawk 1ml). Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Dwutlenek cyrkonu(40 % zawartości cementu) , który wchodzi w skład gotowego do podania pacjentowi cementu sprawia że cement jest wysokiej kontrastowości. Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o o zakończeniu grotowym (igły dwuskośnie ścięte) oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawk. Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner'a (prowadnik skalowany).

20 cementów

20 zestawów podwójnych igieł w kompletach z trokami, kaniulami i drutami Kirchnera

20 kompletów strzykawk

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza implanty o parametrach:

Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem (jest on sterylnie pakowany i zamknięty) , ; sterylny komplet igieł w skład którego wchodzi - 2 igły, 2 kaniule do podawania cementu , dwa trokary, dwa skalowane druty Kirchnera ;sterylny zestaw strzykawk do podawania cementu (5 strzykawk 2 ml oraz 8 strzykawk 1ml). Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Dwutlenek cyrkonu(40 % zawartości cementu) , który wchodzi w skład gotowego do podania pacjentowi cementu sprawia że cement jest wysokiej kontrastowości. Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o o zakończeniu grotowym (igły dwuskośnie ścięte) oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawk. Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner'a (prowadnik skalowany).

20 cementów

20 zestawów podwójnych igieł w kompletach z trokami, kaniulami i drutami Kirchnera

20 kompletów strzykawk