

Mielec, dnia 01.10.2018r.

SzP.ZP.271.96-4.18

## Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego i mebli dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1, dot. Grupa nr 1 – meble medyczne, Myjnia chirurgiczna, trzystanowiskowa – poz. II, 9.**

W związku z tym, że myjnie chirurgiczne mają być wyposażone między innymi w syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów, czy Zamawiający wymaga aby Oferent załączył do oferty przetargowej (lub na wezwanie Zamawiającego na etapie badania ofert) atest PZH na myjnię wyposażoną w syfon samodezynfekujący oraz deklarację zgodności wraz z CE na syfon samodezynfekujący gwarantujące, że Zamawiający otrzyma certyfikowany wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia? Wymóg przedłożenia konkretnych dokumentów, w przeciwieństwie do samego tylko oświadczenia Wykonawcy, daje Zamawiającemu pewność i jednoznacznie potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty przetargowej atestu PZH na myjnię wyposażoną w syfon samodezynfekujący oraz deklarację zgodności wraz z CE na syfon samodezynfekujący

### **Pytanie nr 2, dot. Grupa nr 1 – meble medyczne:**

**Zabudowa meblowa (Błat przyścienny, szafka stojąca) poz. IV, 13;**

**Szafa wnekowa – 1 kpl.- poz. II, 4 i 11;**

**Zabudowa meblowa – 1kpl. – poz. IV, 6,**

**Zabudowa ze stali kwasoodpornej (szafy, kosze, stelaże) – 1kpl. – poz. VIII, 6,**

**Szafa - poz. II, 4 i 14;**

**Zabudowa meblowa – 1 kpl.- poz. II, 14;**

**Zabudowa meblowa - poz. II, 12,**

**Zabudowa meblowa – 1kpl. - poz. II, 10,**

**Zabudowa meblowa - poz. II, 13 ,**

**Zabudowa meblowa – 1kpl. - poz. II, 3 i 4-5.**

Mając na względzie zapis zawarty w SIWZ: „Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta” oraz wymóg, że „drzwi wyposażone w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej”, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby Oferent załączył do oferty przetargowej (lub na wezwanie Zamawiającego na etapie badania ofert) odpowiednie dokumenty potwierdzające, że zadeklarowane w ofercie parametry (takie jak farba antybakteryjna z jonami srebra czy zastosowanie uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej) dotyczące wybranych mebli medycznych ze stali nierdzewnej spełniają wymagania Zamawiającego tj.:

- wykonawca zarejestrowany jako autoryzowany partner Polskiego Centrum Promocji Miedzi

- dokument badania aktywności antybakteryjnej wydany przez akredytowane laboratorium potwierdzający redukcję bakterii?

W przedmiotowej sprawie zasadnym jest wskazać, że Zamawiający, realizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na etapie badania ofert winien dysponować wiedzą i faktycznie dokumentami, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone wymagania regulacjami siwz, co w znacznym stopniu uprawdopodobni, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wykona zamówienie zgodnie z tymi wymaganiami. Ponad powyższe mając na względzie Dział VI ustawy pzp, w przypadku powstania sporu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym proces dowodowy w przypadku żądania na etapie siwz od Wykonawcy dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań, pozwoli na jednoznaczne rozstrzygnięcie i zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających, że zadeklarowane w ofercie parametry (takie jak farba antybakteryjna z jonami srebra czy zastosowanie uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej) dotyczące wybranych mebli medycznych ze stali nierdzewnej spełniają wymagania Zamawiającego.