



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel/fax. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email:

przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.9-2.19

Mielec, dnia 29.01.2019r.

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzedaż i dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do pomiaru OB na okres 24 miesięcy

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż mylnie udzielono odpowiedzi na pytanie nr 4 w „Odpowiedzi na pytania” z dnia 29.01.2019r. znak SzP.ZP.271.9-2.19.

W „Odpowiedzi na pytania” pytanie nr 4 jest:

Pytanie nr 4, dot. Grupa 1, poz. 29 (wymagania pkt.15):

W związku z tym iż urządzenie Sediplus S 2000 wymaga do komunikacji z stacją roboczą karty rozszerzeń z portami typu RS232, zwracamy się, aby Zamawiający dopuścił stację roboczą typu desktop pc o równoważnych parametrach. Uzasadnieniem jest to, iż pomimo dostępności różnego rodzaju emulatorów portu typu USB-RS232, nie gwarantują one stabilności i poprawności transmisji między urządzeniem a stacją roboczą - co w bezpośredni sposób przekłada się na jakość i komfort pracy. Pragniemy również dodać, iż jest to technologicznie sprzeczne z zaleceniami producenta aparatu i żadne z naszych urządzeń Sediplus S 2000 zainstalowanych na polskim rynku nie jest podłączone do komputera typu laptop.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ – mobilne stanowisko komputerowe typu laptop ma posłużyć do pracy w dziale diagnostyki laboratoryjnej. W laboratorium istnieje możliwość podpięcia urządzenia do innej stacji roboczej z portem RS232.

W „Odpowiedzi na pytania” pytanie nr 4 w.bvć:

Pytanie nr 4, dot. Grupa 1, poz. 29 (wymagania pkt.15):

W związku z tym iż urządzenie Sediplus S 2000 wymaga do komunikacji z stacją roboczą karty rozszerzeń z portami typu RS232, zwracamy się, aby Zamawiający dopuścił stację roboczą typu desktop pc o równoważnych parametrach. Uzasadnieniem jest to, iż pomimo dostępności różnego rodzaju emulatorów portu typu USB-RS232, nie gwarantują one stabilności i poprawności transmisji między urządzeniem a stacją roboczą - co w bezpośredni sposób przekłada się na jakość i komfort pracy. Pragniemy również dodać, iż jest to technologicznie sprzeczne z zaleceniami producenta aparatu i żadne z naszych urządzeń Sediplus S 2000 zainstalowanych na polskim rynku nie jest podłączone do komputera typu laptop.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza stację roboczą typu desktop pc o równoważnych parametrach

Przedstawiona zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem.