



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.4-2.21

Mielec, dnia 12.02.2021r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro na dostawę i montaż dystrybutorów filtrujących wodę, które są podłączane do sieci wodociągowej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.4.21

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z zapytaniem ofertowym proszę o informację: Czy Zamawiający dopuszcza minimalne wymiary urządzenia: 980x290x340 mm / wys/głęb./szer.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia: 980x290x340 mm / wys/głęb./szer.)