

4.2 Główne przyłącze zasilania

Do prawidłowego funkcjonowania pracowni niezbędnym jest doprowadzenie zasilania w energię elektryczną. Doprowadzenie zasilania do głównego przyłącza zasilania wskazanego na rys. 9 Przyłącza mediów (rozdział 4), podłączenie pracowni do energii elektrycznej, oraz wykonanie pomiarów ochronnych po podłączeniu zasilania leży w gestii użytkownika. Czynności te muszą zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Podłączenie pracowni powinno się odbyć w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od ustawienia pracowni.

Główne przyłącze zasilania:

Budynek (z klimatyzacją)	20kVA
System CT	Zależne od instalowanego systemu CT
łącznie	Budynek + System CT
Przyłącze	5 lines 3P/PE/N
Napięcie	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz