



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**

**ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec**

**KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893**



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl)

SzP.ZP.271.58-1.24

Mielec, dnia 15.07.2024r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę pasków testowych do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.58.24*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie zbiorczym poz. 1 pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości 0,8 µl. Próbka krwi uzyskiwana w wyniku standardowego nakłucia palca lancetem lub nakłuwaczem bezpiecznym wynosi co najmniej 5 µl, zatem jest wielokrotnie większa niż 0,8 µl. Dla pacjenta i personelu nie ma zatem żadnej istotnej różnicy czy objętość próbki wprowadzanej na pasek wyniesie 0,6 czy 0,8 µl, gdyż próbka tak wprowadzona zostanie z dużą łatwością i nie będzie można nawet zauważyć różnicy między tymi objętościami.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

### **Pytanie 2:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie zbiorczym poz. 1 pasków testowych przeznaczonych po pomiaru glukozy w próbkach krwi kapilarnej, żylniej i noworodkowej. Pomiary za pomocą glukometru z użyciem próbek krwi tętniczej nie są w praktyce wykonywane ze względu na trudności w uzyskaniu i przeniesieniu takiej próbki bezpośrednio na pasek testowy (wykonywanie pomiarów za pomocą glukometru wymaga bezpośredniego przyłożenia paska do kropli krwi pacjenta).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

### **Pytanie 3:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: Prosimy o dopuszczenie w poz. 2-4 Pakietu zbiorczego płynów kontrolnych o standardowej pojemności 2,5ml – po przeliczeniu całkowitej objętości płynu na odpowiednią liczbę opakowań.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza do zaferowania w poz. 2-4 pakietu zbiorczego płynów kontrolnych o standardowej pojemności 2,5ml – po przeliczeniu całkowitej objętości płynu na odpowiednią liczbę opakowań.

### **Pytanie 4:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikrokuwety wraz z analizatorami HemoCue do oznaczenia glukozy, opierające się na laboratoryjnej precyzji pomiarowej. Mikrokuwety do oznaczenia glukozy są częścią systemu HemoCue (urządzenie przenośne). System HemoCue ([www.homecue.com](http://www.homecue.com)) daje możliwość podłączenia analizatora do systemów informatycznych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 października 2023 r. „w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej”. Analizatory HemoCue są szeroko stosowane w jednostkach służby zdrowia.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.