



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzS.ZP.261.2-3.2025.MH

Mielec, dnia 23.01.2025r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kodów kreskowych dla diagnostyki laboratoryjnej do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.2.2025

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy Grupa 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści- Wymazówka sterylna z tworzywa sztucznego, dł. wymazówki 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm, z wacikiem wiskozowym z podłożem AMIES, w próbówce transportowej, pakowane indywidualnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 4 poz. 1 dopuszcza do zaoferowania wymazówkę sterylną z tworzywa sztucznego, dł. wymazówki 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm, z wacikiem wiskozowym z podłożem AMIES, w próbówce transportowej, pakowane indywidualnie.

Pytanie 2:

Dotyczy Grupa 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści- Wymazówka sterylna z tworzywa sztucznego, dł. wymazówki 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm z wacikiem wiskozowym, w próbówce transportowej o śr. 12.00 mm $\pm$ 0.50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 4 poz. 2 dopuszcza do zaoferowania wymazówkę sterylną z tworzywa sztucznego, dł. wymazówki 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm z wacikiem wiskozowym, w próbówce transportowej o śr. 12.00 mm $\pm$ 0.50 mm.

Pytanie 3:

Dotyczy Grupa 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści- Wymazówka sterylna, dł. 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm z aplikatorem plastikowym, z wacikiem wiskozowym, pakowana indywidualnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 4 poz. 3 dopuszcza do zaoferowania wymazówkę sterylną, dł. 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm z aplikatorem plastikowym, z wacikiem wiskozowym, pakowana indywidualnie.

Pytanie 4:

Dotyczy Grupa 4 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści- Wymazówka sterylna z tworzywa sztucznego, dł. wymazówki 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm, z wacikiem wiskozowym z podłożem AMIES z węglem w próbówce transportowej, pakowane indywidualnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 4 poz. 4 dopuszcza do zaoferowania wymazówkę sterylną z tworzywa sztucznego, dł. wymazówki 147.00 mm $\pm$ 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm, z wacikiem wiskozowym z podłożem AMIES z węglem w próbówce transportowej, pakowane indywidualnie