SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893

CERTYFIKAT 2021/6

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV ISO 9001

centrala 17 78 00 100 *tel. 17 78 00 146* *http://www.szpital.mielec.pl* *email: przetargi@szpital.mielec.pl*

Mielec, dnia 24.03.2025r.

SzS.ZP.261.20-1.2025.AM

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę myjni – dezynfektora do pojemników na płyny fizjologiczne i biologiczne pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.20.2025

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o mniejszych gabarytach tj. 600 x 460 x 1.542mm przy jednoczesnej możliwości mycia 3 basenów, a nie 2 jak w opisanym urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 2:
Ad. 3 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w drzwi komory otwierane automatycznie. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości, co wpływa na bezpieczeństwo epidemiologiczne na oddziałach

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w drzwi komory otwierane automatycznie.

Pytanie 3:
Ad. 17 Czy Zamawiający pisząc o zużyciu wody na poziomie 9l ma na myśli zużycie w jednej fazie cyklu? Wg naszej wiedzy na rynku nie ma dostępnych urządzeń, które przeprowadzałyby skuteczny proces mycia i dezynfekcji kaczek i basenów przy zużyciu jedynie 9l wody na cały proces.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zużycie wody na poziomie 9l dotyczy fazy 1 cyklu bez dezynfekcji.

Pytanie 4:
Ad. 20 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie nie wyposażoną w kondensator oparów? Rozwiązanie takie stosowane jest w myjniach narzędziowych, a nie do kaczek i basenów. Jedyną znaną nam myjnią do kaczek i basenów, która posiada kondensator jest DEKO 190 firmy Franke, inni producenci nie stosują takiego rozwiązania jako zupełnie zbędnego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 5:
Ad. 21 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pisząc o komorze ze stali nierdzewnej ma na myśli by była ona wykonana ze stali gatunku 1.4404

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza komorę ze stali nierdzewnej wykonanej ze stali gatunku 1.4404.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie pozwalało na przeprowadzenie cyklu o działaniu sporobójczym przeciwko Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej instytucji?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 7 dotyczy pkt. 2, 4:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szer. 450 x gł. 500 x wys. 1500 mm o pojemności komory w koszu standardowym: 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 8 dotyczy pkt. 17
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dysze z tworzywa sztucznego, zużycie wody max. 11l na cykl?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 9:
2. Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach 600 x 600 x 900 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 10:
3. Prosimy o dopuszczenie myjni o pokrywie otwieranej odgórnie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 11:
4. Prosimy o dopuszczenie myjni przeznaczonej do jednoczesnego mycia 3 kaczek i 3 basenów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 12:
13. Wnosimy o wykreślenie parametru nr 13 – grozi on błędnym doborem parametrów cyklu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 13:
15. Prosimy o dopuszczenie myjni o jednym, uniwersalnym programie, uruchamianym czujnikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 14:
17. Prosimy o dopuszczenie myjni o zużyciu wody 57 l

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 15:
18. Prosimy o dopuszczenie myjni o średnicy odpływu 75 mm

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza myjni o średnicy odpływu 75 mm, podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 16:
25. Prosimy o dopuszczenie myjni o dyszach natryskowych wykonanych z odpornego tworzywa sztucznego. "

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.