



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 17.04.2025r.

SzS.ZP.261.25-1.2025.AM

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę myjni – dezynfektora do kaczek i basenów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.25.2025

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. Zapytania ofertowego załącznik nr 1 Formularz oferty:

I. Cena oferty:

L.p. Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
						netto	VAT %	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT zł	brutto (kol. 9+10)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Całkowita wartość zamówienia									suma kolumna 9	suma kolumna 10	suma kolumna 11

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

I. Cena oferty:

L.p. Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
						netto	VAT %	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT zł	brutto (kol. 9+10)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
							8				
							23				
Całkowita wartość zamówienia									suma kolumna 9	suma kolumna 10	suma kolumna 11

Uzasadnienie: myjnie - dezynfektory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23% (np. transport urządzenia). Powyższa zmiana w tabeli wykaże kwotę netto ze stawką VAT 8% oraz kwotę netto ze stawką VAT 23%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ustawy o VAT.

Pytanie 2 dot. Zapytania ofertowego:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia.

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia myjni - dezynfektora: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska -

czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Prosimy o podanie rozmiarów najwyższego oraz najniższego przejścia przewidywaną drogą transportową. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia nie jest płaska, występują schody i windy. Miejsce docelowe znajduje się na trzecim piętrze budynku szpitalnego (segment A). Wymiary windy wynoszą: 120 cm – szerokość, 2 m – wysokość; 1250 kg/16 osób – nośność.

Wymiar otworów drzwiowych w miejscu docelowym wynosi: 90 cm – szerokość, 202 cm – wysokość.

Najniższy rozmiar przejścia przewidywaną drogę transportową wynosi 202 cm. Najwyższe przejście wynosi 90 cm.

Pytanie 3 dot. Zapytania ofertowego:

Czy w miejscu posadowienia myjni - dezynfektora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu posadowienia myjni – dezynfektora są niezbędne media (woda, prąd), nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych.

Pytanie 4 dot. Zapytania ofertowego oraz załącznika nr 1 Formularza Oferty, tabela parametry techniczne LP. I. punkt 1.:

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany
I.	Myjnia dezynfektor	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany
I.	Myjnia dezynfektor	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2024/2025	Tak

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2024/2025.

Pytanie 5 dot. załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego: Wzór umowy § 6 punkt 3 ustęp d):

Wykonawca oświadcza, że:

- zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia serwis gwarancyjny,
- zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji przeglądy wg zaleceń producenta
- zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny
- zobowiązuje się zapewnić zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny
- zapewni części zamienne przez okres 10 lat.

Prosimy Zamawiającego o usunięcie w całości ustępu d.

Uzasadnienie: żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, nie jest w stanie spełnić wymagań w tym zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Modyfikuje się załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego tj. Wzór umowy § 6 punkt 3 ustęp d) poprzez wykreślenie w całości pkt d) o treści: zobowiązuje się zapewnić zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny.

Przedstawiona powyżej modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego.