

Znak sprawy: SzS.ZP.261.5.2026

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł na

**DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DO OBSŁUGI
ZWŁOK DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA
BIERNACKIEGO W MIELCU**

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2026 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec

tel. (17) 780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w tym:

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość
1.	Komora chłodnicza na 8 ciał chłodzonej dwoma agregatami typu SPLIT	zestaw	1
2.	Wózek hydrauliczny	sztuka	1

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku	TAK (podać)
2.	Typ/model, producent, kraj	podać
3.	Komora chłodnicza na 8 ciał chłodzonej dwoma agregatami typu SPLIT – umieszczony na zewnątrz budynku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.	TAK
	Konstrukcja oraz funkcje komory chłodniczej na ciała gwarantują spełnienie następujących warunków:	
4.	Obudowa komory oraz wyposażenie:	
5.	Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej gat. 1.4301 EN10088 lub o lepszych parametrach potwierdzonej certyfikatem jakości	TAK (podać)
6.	Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza) wykonany ze spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości min 100 mm	TAK (podać)
7.	Komora wyposażona w 2 szt. drzwi chłodniczych	TAK
8.	Drzwi chłodnicze komory o grubości min. 50 mm, płytach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Każdy z płytów drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek, wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi.	TAK (podać)
9.	Drzwi chłodnicze muszą posiadać możliwość regulacji siły docisku płatu względem uszczelki ościeżnicy.	TAK
10.	Komora powinna posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ serwisowy aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji	TAK

11.	Komora powinna być ustawiona na regulowanych nóżkach – podporach umożliwiających mycie i dezynfekcję przestrzeni pod komorą oraz jej właściwe ustawienie (wypoziomowanie)	TAK
12.	Komora ma posiadać następujący układ funkcjonalny – dwa niezależnie pracujące segmenty każdy przeznaczony do przechowywania 4 ciał na tacach. Każdy segment na 4 ciała musi posiadać regał 4 poziomowy przeznaczony do przechowywania tac na ciała o obciążeniu minimum 200 kg na każdej tacy.	TAK (podać)
13.	Dolny poziom każdego regału musi być przystosowany do przechowywania ciała otyłego na tacy o zwiększonej nośności (min. 200kg) oraz zwiększonym gabarycie.	TAK (podać)
14.	Przestrzeń ładunkowa dla ciała bariatrycznego musi wynosić min 400 mm wysokości.	TAK (podać)
15.	Każdy z regałów musi posiadać na wyposażeniu tacę na ciało – ilość tac musi odpowiadać całkowitej pojemności chłodni	TAK
16.	Chłodnia ma być wyposażona w 6 tac standardowych o wymiarach minimalnych: 600 mm szerokości, min. 2000 mm długości z zagłębieniem nie większym niż 30 mm oraz 2 tace bariatryczne o wymiarach minimalnych: 700 mm szerokości, min. 2000 długości z zagłębieniem nie większym niż 30 mm	TAK (podać)
17.	Tace nie mogą posiadać elementów ruchomych (kółka itp.) narażonych na uszkodzenie natomiast powinny być wyposażone w dwa czołowe uchwyty.	TAK (podać)
18.	Budowa każdego z regałów ma pozwalać na mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących przejście). Regały mają być wyposażone w prowadnice wielorolkowe gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał.	TAK (podać)
19.	Regały , tace mają być wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088 lub o lepszych parametrach potwierdzonej certyfikatami jakości.	TAK
20.	Wewnątrz komory na tylnej ścianie powinny znajdować się odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacą.	TAK
21.	Komora powinna posiadać własne wewnętrzne oświetlenie – załączane automatycznie po otwarciu drzwi – osobne dla każdego segmentu .	TAK
22.	Z komorą ma pracować hydrauliczny wózek do załadunku ciał, komora ma posiadać system cumowania i osiowania wózka z regałem w komorze co gwarantuje bezpieczny i łatwy załadunek i wyładunek ciał z komory .	TAK
23.	Wymiary komory muszą być dostosowane do pomieszczeń posiadanych przez Zamawiającego	TAK
24.	Wymiary komory szerokość : ~2200 mm (z tolerancją +/- 50 mm) głębokość : ~2400 mm (z tolerancją +/- 50 mm) wysokość : ~2200 mm (z tolerancją +/- 50 mm)	TAK (podać)
25.	Urządzenie chłodnicze komory	TAK
26.	Komora ma być wyposażona w dwa agregaty chłodnicze typu SPLIT - chłodnica umieszczona wewnątrz komory natomiast agregat umieszczony na zewnątrz budynku / miejscu wskazanym przez Zamawiającego.	TAK
27.	Agregaty chłodnicze mają gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie min od -5°C do +5°C .	TAK
28.	Agregaty chłodnicze mają posiadać system automatycznego odszraniania.	TAK
29.	Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju każdego z segmentów komory.	TAK
30.	Agregaty powinny gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone w obrębie każdego segmentu .	TAK
31.	Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego cyfrowego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym dla każdego segmentu o następujących funkcjach : <ul style="list-style-type: none"> • wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory • wyświetlanie zadanej temperatury dla komory 	TAK

	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie • sterowanie oświetleniem komory • sygnalizacja pracy sprężarki agregatu • sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory • sygnalizacja awarii 	
32.	Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości około 10 m)	TAK
33.	Włączanie i wyłączanie agregatów chłodniczych komory na czas załadunku powinno być automatyczne i odbywać w następujący sposób : w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie , po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć, a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami.	TAK (podać)
34.	Agregaty chłodnicze powinny posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,5kW .	TAK (podać)
35.	Agregaty generujące hałas nie większy niż 42 db w odległości ~10 m od urządzenia	TAK (podać)
36.	Agregaty wyposażone w czynnik chłodniczy dopuszczony do obiegu w UE .	TAK
37.	Wykonanie połączeń gazowo - chłodniczych potwierdzone próbami szczelności oraz wykonane przez osobę z uprawnieniami na f gazy.	TAK
38.	Wózek hydrauliczny	TAK
39.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku	TAK (podać)
40.	Typ/model, producent, kraj	podać
41.	Konstrukcja oraz funkcje hydraulicznego wózka do załadunku powinny gwarantować spełnienie następujących warunków:	
42.	Wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088 lub o lepszych parametrach potwierdzonej certyfikatami jakości.	TAK
43.	Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną z napędem nożnym	TAK
44.	Napęd hydrauliczny wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory. Wózek powinien również posiadać regulację prędkości opuszczania górnej ramy wózka z ciałem.	TAK
45.	Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min. 200 kg	TAK (podać)
46.	Górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze.	TAK
47.	Wózek ma posiadać blokadę zapobiegającą zsunięciu się tacy z ciałem.	TAK
48.	Wózek ma posiadać boczne uchwyty manewrowe po każdej ze stron oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka.	TAK
49.	Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem w oprawie ze stali nierdzewnej	TAK
50.	Wózek wyposażony w odboje manewrowe umieszczone w narożnikach ramy wózka zapobiegające uszkodzeniu ścian lub innych powierzchni w przestrzeni ruchu wózka	TAK
51.	Dla sprawnego załadunku i wyładunku ciał z komory oraz współpracy wózka z komorą wózek ma być wyposażony w system cumowania i osiowania górnej , podnoszonej ramy z regałami wewnątrz komory	TAK
52.	Wymiary wózka szerokość : ~750 mm (z tolerancją +/- 50 mm) długość : ~2300 mm (z tolerancją +/- 50 mm) wysokość : zakres podnoszenia musi być zgodny z najwyższym poziomem obsługiwanych regałów: min 1850 mm	TAK (podać)
Warunki gwarancji i serwisu:		
53.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK, podać

54.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych
55.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK
Inne:		
56.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniami)	TAK
57.	Montaż, transport, wykonanie i instruktaż pracowników po stronie wykonawcy.	TAK
58.	Oznakowanie CE	TAK

2. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w 6 równych miesięcznych ratach.

3. Uwagi:

- a) Podane wartości należy traktować jako wskaźniki, chłdnia musi być dopasowana do pomieszczeń posiadanych przez zamawiającego oraz spełniać wymogi bezpiecznej pracy z urządzeniem.
 - b) Z uwagi na wąskie drogi komunikacyjne, montaż urządzenia możliwy jest do wykonania po dostarczeniu go w częściach i założeniu w miejscu użytkowania.
3. Kod CPV: 33945000-6 (Komory chłodnicze do kostnic), 33943000-2 (Podnoszone nożycowo wózki do zwłok)
4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem zadania będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji Techniczno-Gospodarczej (tel. 17 780-01-85). Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami w Zapytaniu. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie jest niezbędne do złożenia oferty, tym samym Zamawiający nie wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej.
5. Wykonując obowiązki określone w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego „RODO”, w przypadku umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenia i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego, strony zawrą porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie zdolności do przetwarzania danych zgodnie z art. 28. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oraz arkusz weryfikacyjny i inne wymagania w zakresie ochronnych danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.mielec.pl.
6. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: **do 40 dni**
2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania),
 - b) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
 - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do przedmiotów udostępniających zasoby.
 - c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 3 do Zapytania).

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. **Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
UWAGA! Podpis osobisty nie jest podpisem własnoręcznym, a podpisem elektronicznym. „Podpis osobisty”, w oparciu o art. 2 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych, to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, którym jest poświadczenie elektroniczne przyporządkowujące dane, służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza.
3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
5. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU:

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

6. CENA OFERTY:

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:
 - dostawa transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 - wniesienie urządzenia i innych przedmiotów w ramach realizacji umowy ich rozładunek w miejscu wynikającym z Umowy lub wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
 - zamontowanie, uruchomienie i oddanie do używania urządzenia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
 - instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego urządzenia i sprzętu
 - serwis gwarancyjny,
 - przeglądy wg zaleceń producenta Urządzenia w trakcie trwania gwarancji
 - marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
 - ubezpieczenie
 - podatek VAT (jeśli dotyczy)
 - cło (jeśli dotyczy),
 - podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty to **iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości** asortymentu wskazanego w Zapytaniu powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.
4. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny

ofert:

- 1) **cena – 90 %**
- 2) **termin gwarancji – 10%**

- 1) **Kryterium „cena” (Wc)** w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena) jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:

$$Wpc = \frac{Cn}{Cof} \times Rc$$

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „cena”

Cn- najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty

Cof- cena brutto oferty badanej

Rc – ranga kryterium „cena” (90)

W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 punktów.

- 2) **Kryterium „termin gwarancji”(Wpg)** w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najdłuższy okres gwarancji. Kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. W Formularzu Ofertowym Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 24 max. 48 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących zasad:

- za zadeklarowanie okresu gwarancji 24 miesięcy – 0 pkt
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 5 pkt
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt

W kryterium „termin gwarancji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:

$$Po = Wpc + Wpg$$

gdzie:

Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę

Wpc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Wpg - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin gwarancji

2. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania Zapytania. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny i okresu udzielonej gwarancji.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf. **Przesyłany plik należy spakować do formatu zip z ustawionym hasłem.**

Spakowany plik oraz hasło do niego składa się na adres:

oferty@szpital.mielec.pl

wiadomość należy oznakować napisem: „**Postępowanie, znak SzS.ZP.261.5.2026**”

2. W przypadku przesłania pliku bez hasła Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie treści oferty przed terminem otwarcia ofert i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem Zamawiającego.

3. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty **02.02.2026r.** godz. **9⁰⁰**.
4. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego wpływu oferty na adres: **oferty@szpital.mielec.pl**.
5. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu **02.02.2026r.** o godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.
7. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

9. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
2. Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- c) unieważnieniu postępowania.

oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

12. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Małgorzata Błasiak, Adam Golba - w sprawach merytorycznych
- Agnieszka Mydlarz, Arkadiusz Brach - w sprawach formalno-prawnych

13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:

- poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl
- telefon: 17 780-01-39;
- b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl ;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.5.2026 prowadzonym w trybie postępowania o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł (Zarządzenie nr 1/2026 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł);
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

....., dnia,
(miejsowość)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Adres (siedziba) Wykonawcy:

Tel. E-mail.....

NIP: REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.5.2026

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy, producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
					netto	VAT%	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT	brutto (kol. 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Komora chłodnicza na 8 ciał chłodzonej dwoma agregatami typu SPLIT			zestaw	1						
Wózek hydrauliczny			sztuka	1						
Calkowita wartość zamówienia										

II. Długość okresu gwarancji:

Deklaruję/Deklarujemy długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący:

24 miesiące

36 miesięcy

48 miesięcy

(zaznaczyć właściwe)

przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

W przypadku niezaznaczenia żadnej z w/w opcji w zakresie gwarancji Zamawiający przyjmie gwarancję wynoszącą 24 miesiące

Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku	TAK (podać)	
2.	Typ/model, producent, kraj	podać	
3.	Komora chłodnicza na 8 ciał chłodzonej dwoma agregatami typu SPLIT – umieszczony na zewnątrz budynku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.	TAK	
	Konstrukcja oraz funkcje komory chłodniczej na ciała gwarantują spełnienie następujących warunków:		
4.	Obudowa komory oraz wyposażenie:		
5.	Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej gat. 1.4301 EN10088 lub o lepszych parametrach potwierdzonej certyfikatem jakości	TAK (podać)	
6.	Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza) wykonany ze spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości min 100 mm	TAK (podać)	
7.	Komora wyposażona w 2 szt. drzwi chłodniczych	TAK	
8.	Drzwi chłodnicze komory o grubości min. 50 mm, płytach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Każdy z płytów drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek, wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi.	TAK (podać)	
9.	Drzwi chłodnicze muszą posiadać możliwość regulacji siły docisku płatu względem uszczelki ościeżnicy.	TAK	
10.	Komora powinna posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ serwisowy aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji	TAK	
11.	Komora powinna być ustawiona na regulowanych nóżkach – podporach umożliwiającym mycie i dezynfekcję przestrzeni pod komorą oraz jej właściwe ustawienie (wypoziomowanie)	TAK	
12.	Komora ma posiadać następujący układ funkcjonalny – dwa niezależnie pracujące segmenty każdy przeznaczony do przechowywania 4 ciał na tacach. Każdy segment na 4 ciała musi posiadać regał 4 poziomowy przeznaczony do przechowywania tac na ciała o obciążeniu minimum 200 kg na każdej tacy.	TAK (podać)	
13.	Dolny poziom każdego regału musi być przystosowany do przechowywania ciała otyłego na tacy o zwiększonej nośności (min. 200kg) oraz zwiększonym gabarycie.	TAK (podać)	
14.	Przestrzeń ładunkowa dla ciała bariatrycznego musi wynosić min 400 mm wysokości.	TAK (podać)	
15.	Każdy z regałów musi posiadać na wyposażeniu tacę na ciało – ilość tac musi odpowiadać całkowitej pojemności chłodni	TAK	
16.	Chłodnia ma być wyposażona w 6 tac standardowych o wymiarach minimalnych: 600 mm szerokości, min. 2000 mm długości z zagłębieniem nie większym niż 30 mm oraz 2 tace bariatryczne o wymiarach minimalnych: 700 mm szerokości, min. 2000 długości z zagłębieniem nie większym niż 30 mm	TAK (podać)	
17.	Tace nie mogą posiadać elementów ruchomych (kółka itp.) narażonych na uszkodzenie natomiast powinny być wyposażone w dwa czołowe uchwyty.	TAK (podać)	
18.	Budowa każdego z regałów ma pozwalać na mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących	TAK (podać)	

	przejście). Regały mają być wyposażone w prowadnice wielorolkowe gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał.		
19.	Regały , tace mają być wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088 lub o lepszych parametrach potwierdzonej certyfikatami jakości.	TAK	
20.	Wewnątrz komory na tylnej ścianie powinny znajdować się odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacę.	TAK	
21.	Komora powinna posiadać własne wewnętrzne oświetlenie – załączane automatycznie po otwarciu drzwi – osobne dla każdego segmentu .	TAK	
22.	Z komorą ma pracować hydrauliczny wózek do załadunku ciał, komora ma posiadać system cumowania i osiowania wózka z regałem w komorze co gwarantuje bezpieczny i łatwy załadunek i wyładunek ciał z komory .	TAK	
23.	Wymiary komory muszą być dostosowane do pomieszczeń posiadanych przez Zamawiającego	TAK	
24.	Wymiary komory szerokość : ~2200 mm (z tolerancją +/- 50 mm) głębokość : ~2400 mm (z tolerancją +/- 50 mm) wysokość : ~2200 mm (z tolerancją +/- 50 mm)	TAK (podać)	
25.	Urządzenie chłodnicze komory	TAK	
26.	Komora ma być wyposażona w dwa agregaty chłodnicze typu SPLIT - chłodnica umieszczona wewnątrz komory natomiast agregat umieszczony na zewnątrz budynku / miejscu wskazanym przez Zamawiającego.	TAK	
27.	Agregaty chłodnicze mają gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie min od -5°C do +5°C .	TAK	
28.	Agregaty chłodnicze mają posiadać system automatycznego odszraniania.	TAK	
29.	Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju każdego z segmentów komory.	TAK	
30.	Agregaty powinny gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone w obrębie każdego segmentu .	TAK	
31.	Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego cyfrowego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym dla każdego segmentu o następujących funkcjach : <ul style="list-style-type: none"> • wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory • wyświetlanie zadanej temperatury dla komory • możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie • sterowanie oświetleniem komory • sygnalizacja pracy sprężarki agregatu • sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory • sygnalizacja awarii 	TAK	
32.	Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości około 10 m)	TAK	
33.	Włączanie i wyłączanie agregatów chłodniczych komory na czas załadunku powinno być automatyczne i odbywać w następujący sposób : w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie , po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć, a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami.	TAK (podać)	

34.	Agregaty chłodnicze powinny posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,5kW .	TAK (podać)	
35.	Agregaty generujące hałas nie większy niż 42 db w odległości ~10 m od urządzenia	TAK (podać)	
36.	Agregaty wyposażone w czynnik chłodniczy dopuszczony do obiegu w UE .	TAK	
37.	Wykonanie połączeń gazowo - chłodniczych potwierdzone próbami szczelności oraz wykonane przez osobę z uprawnieniami na f gazy.	TAK	
38.	Wózek hydrauliczny	TAK	
39.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku	TAK (podać)	
40.	Typ/model, producent, kraj	podać	
41.	Konstrukcja oraz funkcje hydraulicznego wózka do załadunku powinny gwarantować spełnienie następujących warunków:		
42.	Wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088 lub o lepszych parametrach potwierdzonej certyfikatami jakości.	TAK	
43.	Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną z napędem nożnym	TAK	
44.	Napęd hydrauliczny wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory. Wózek powinien również posiadać regulację prędkości opuszczania górnej ramy wózka z ciałem.	TAK	
45.	Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min. 200 kg	TAK (podać)	
46.	Górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze.	TAK	
47.	Wózek ma posiadać blokadę zapobiegającą zsunięciu się tacy z ciałem.	TAK	
48.	Wózek ma posiadać boczne uchwyty manewrowe po każdej ze stron oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka.	TAK	
49.	Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem w oprawie ze stali nierdzewnej	TAK	
50.	Wózek wyposażony w odboje manewrowe umieszczone w narożnikach ramy wózka zapobiegające uszkodzeniu ścian lub innych powierzchni w przestrzeni ruchu wózka	TAK	
51.	Dla sprawnego załadunku i wyładunku ciał z komory oraz współpracy wózka z komorą wózek ma być wyposażony w system cumowania i osiowania górnej , podnoszonej ramy z regałami wewnątrz komory	TAK	
52.	Wymiary wózka szerokość : ~750 mm (z tolerancją +/- 50 mm) długość : ~2300 mm (z tolerancją +/- 50 mm) wysokość : zakres podnoszenia musi być zgodny z najwyższym poziomem obsługiwanych regałów: min 1850 mm	TAK (podać)	
Warunki gwarancji i serwisu:			
53.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK, podać	
54.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	
55.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	

Inne:			
56.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniami)	TAK	
57.	Montaż, transport, wykonanie i instruktaż pracowników po stronie wykonawcy.	TAK	
58.	Oznakowanie CE	TAK	

II. Oświadczamy, że:

- * zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń,
- * wzór Umowy załączony do Zapytania (Załącznik nr 2) akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- * przedmiot zamówienia zrealizujemy **do 40 dni** od dnia podpisania umowy.
- * płatność za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w 6 (sześciu) równych miesięcznych ratach.
- * zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez o numerze,
- * wyszczególnione w złożonej ofercie ceny **pozostaną niezmiennie przez okres trwania umowy**, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
- * uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert,
- * zamówienie **zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć** wykonanie następujących części zamówienia (*niepotrzebne skreślić*) **podwykonawcom** (*o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców*),
- * wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 775).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- * wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).
- * Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Data:

.....
*podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)*

W Z Ó R U M O W Y

W dniu pomiędzy **Szpitałem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec**, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

.....

a KRS NIP REGON
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

.....

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/2026 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 170.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
 - a) dostawa - spełniającego wymagania określone w Zapytaniu ofertowym – na koszt i ryzyko Wykonawcy, o wymaganiach i parametrach określonych w Zapytaniu Ofertowym, znak (dalej: „Zapytanie”) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę z dnia
 - b) zamontowanie i oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej
 - c) instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu.
2. Zapytanie i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że objęte przedmiotem umowy jest fabrycznie nowe nieużywane, w pełni sprawne i nadające się do użytku, oraz posiada właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.
4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków objętych przedmiotem umowy, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, transportem własnym, na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym.
3. Dowodem dokonania czynności wymienionych w ust.1 jest protokół zdawczo-odbiorczy - formularz stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przez strony umowy.
4. Podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub posiadającego ślady zewnętrznego uszkodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności.

§ 3

1. Strony uzgodniły wartość dostawy (netto) określoną w ofercie Wykonawcy na kwotę (słownie:
2. Wartość brutto zamówienia wynosi (słownie:).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:
 - a) sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 - b) wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
 - c) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
 - d) instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
 - e) serwis gwarancyjny,
 - f) przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
 - g) marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
 - h) ubezpieczenie
 - i) podatek VAT (jeśli dotyczy)
 - j) cło (jeśli dotyczy),
 - k) podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający dokona płatności za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w sześciu równych ratach, przy czym:
 - a) I rata płatna będzie w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia, zamontowania, uruchomienia i bezusterkowego przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy,
 - b) kolejne raty płatne będą w terminie 30 dni od upływu terminu płatności raty poprzedzającej.
2. Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez o numerze W razie zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowy rachunek bankowy. Wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.
4. Wykonawca - za dostarczony towar - wystawi fakturę VAT w języku polskim. Wykonawca zobowiązany do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur doręcza faktury przez ten System od powstania tego obowiązku wobec Wykonawcy.
5. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne dostarczonego asortymentu.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu, oraz ze złożoną ofertą.
3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy (a także oprogramowania jeżeli dotyczy), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca na dostarczony będący przedmiotem umowy udziela gwarancji

- na okres (przy czym okres gwarancji będzie się liczył od dnia przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym).
2. Okres gwarancji przerywany jest na okres dokonywania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca oświadcza, że:
 - a. zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia serwis gwarancyjny,
 - b. zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji przeglądy wg zaleceń producenta
 - c. zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny
 - d. zapewni części zamienne przez okres 10 lat.
 4. Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
 6. Całość kosztów naprawy (w tym robocizna, części zamienne, podzespoły, dojazd serwisu, itp.) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej dokonanej naprawy tej samej części lub podzespołu urządzenia wymieni tę część lub podzespół na nowy w terminie 10 dni od daty dokonania trzeciej naprawy.
 8. W przypadku wymiany części/podzespołów na nowe, dla wymienionych części/podzespołów gwarancja biegnie na nowo.
 9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady autoryzowanemu serwisowi na koszt Wykonawcy.
 10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed upływem tego terminu.
 11. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji nie mniej jednak niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki ,
 - b) z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 5 umowy na usunięcie zgłoszonej awarii aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie ma zasadach ogólnych.
5. Wysokość kar umownych naliczonej z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy/wypowiedzieć umowę w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z winy Wykonawcy, w tym w szczególności wskutek braku zdolności do zawarcia takiej umowy (niespełniania przesłanek z art. 28 RODO w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż przed pierwszą czynnością Wykonawcy wymagającą przekazania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający (dotyczy umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenie i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego).

§ 8

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia

2011 roku o działalności leczniczej.

2. Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki)
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

§ 9

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
 - a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
 - b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§ 10

Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy, oraz do podpisywania protokołu z wykonanych usług:

- a) przedstawicielem Wykonawcy będzie....., tel.
- b) przedstawicielem Zamawiającego będzie, tel.

§ 11

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Zamawiający :

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22

w imieniu którego odbioru, na podstawie oględzin zewnętrznych, dokonuje pracownik:

.....
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy :

.....
.....

w imieniu którego przekazuje:

.....
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

następującą aparaturę medyczną/sprzęt/urządzenie:

Nazwa:

Typ:

Nr seryjny:

Producent:.....

Rok produkcji:

Ilość:

Stan

dostawy :
.....
.....
.....

Ewentualne zastrzeżenia :

.....
.....
.....

Zamawiający:

Wykonawca:

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego **na dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.5.2026**, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP oraz spełnia wszystkie wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Data:

.....
*podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)*